



ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Πάτρα : 26-04-2018

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,

Αρ.Πρωτ.:14275

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Τμήμα : Οικονομικό

Γρ. Προμηθειών

Πληροφορίες : Δ. Κοκοβίκα

Τηλ.: 2610 - 227871

Fax: 2610 - 227853

e – mail : d.kokobika@agandreashosp.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ AIDS ΤΟΥ ΓΝΠΑΤΡΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 11.200,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΤΟΥ ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ .

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών , σύμφωνα με την αριθμ. 289/23-04-2018 απόφαση Διοικητή με ΑΔΑ:67N746906Λ-06Ω προτίθεται να προβεί στην ανάθεση , με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών " ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ AIDS ΤΟΥ ΓΝΠΑΤΡΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 11.200,00 € ΣΥΜΠΕΡ. ΦΠΑ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής (η οποία δεν μπορεί να είναι υψηλότερη αυτής του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε.Π.Υ) Στην περίπτωση που η τιμή προσφοράς σας είναι υψηλότερη αυτής του Π.Τ παρακαλούμε όπως αποστείλετε Υπεύθυνη Δήλωση, βάσει οδηγιών της Ε.Π.Υ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ AIDS

1. Ο Αναλυτής να είναι τυχαίας, συνεχούς και αμέσου προσπελάσεως και να λειτουργεί με την τεχνολογία της χημειοφωταύγειας.
2. Η ταχύτητα του αναλυτή να είναι τουλάχιστον 90 εξετάσεις την ώρα.
3. Τα δείγματα να τρέχουν σε χρόνο μικρότερο των 45 λεπτών από τη στιγμή της δειγματοληψίας,
4. Να διαθέτει ψυγείο για την συντήρηση των αντιδραστηρίων επί του αναλυτή. Τα αντιδραστήρια που θα τοποθετηθούν να έχουν σταθερότητα επί του αναλυτή τουλάχιστον 4 εβδομάδων.
5. Να έχει δυνατότητα ανίχνευσης στάθμης υγρών (αντιδραστηρίων και δειγμάτων) καθώς και πήγματος.
6. Να έχει δυνατότητα αυτόματης επανάληψης εξέτασης (Rerun) και αυτόματης εκτέλεσης νέας εξέτασης (Reflex test), ανάλογα με το αποτέλεσμα.
7. Να έχει δυνατότητα ανάγνωσης αντιδραστηρίων και δειγμάτων με BARCODE καθώς και δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας με εξωτερικό λογισμικό
8. Να διαθέτει δειγματολήπτη με τουλάχιστον 60 θέσεις δειγμάτων
9. Να μην απαιτούνται συνεχείς βαθμονομήσεις, δηλαδή η βαθμονόμηση (καμπύλη) για κάθε εξέταση να έχει σταθερότητα τουλάχιστον 28 ημερών.
10. Τα αντιδραστήρια, οι βαθμονομητές και οι οροί ελέγχου να είναι έτοιμα προς χρήση χωρίς να απαιτείται ανασύσταση
11. Να διαθέτει πρόγραμμα εσωτερικού ελέγχου ποιότητας και να διατηρεί τα δεδομένα για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών
12. Να παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου, ενημέρωσης και επικοινωνίας του αναλυτή (online) από απόσταση μέσω modem με το τεχνικό τμήμα (service) του προμηθευτή προκειμένου να επιτυγχάνεται η προληπτική αντιμετώπιση πιθανόν τεχνικών προβλημάτων ώστε να περιορίζεται όσο το δυνατόν περισσότερο ο νεκρός χρόνος του αναλυτή.
13. Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει σύστημα παρακολούθησης της πορείας του προσφερομένου οργάνου σε καθημερινή βάση και αυτοματοποιημένα, μέσω on-line σύνδεσης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

HIV 1/2 Ag/Ab

- Τα αντιδραστήρια για τον ταυτόχρονο ποιοτικό προσδιορισμό αντισωμάτων έναντι των ιών HIV-1, HIV-1 υπότυπος O, HIV-2, καθώς και του αντιγόνου p24, σε ορό ή πλάσμα να είναι τελευταίας γενιάς και να εφαρμόζεται σε πλήρως αυτοματοποιημένο αναλυτή τεχνολογίας χημειοφωταύγειας.
- Τα αντιδραστήρια θα πρέπει αποδεδειγμένα να έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς και για την ανίχνευση των μεταλλάξεων του HIV1/2. Να επισυναφθεί σχετική βιβλιογραφία.
- Η ανίχνευση του HIV-1, HIV-1 group O και HIV-2 να γίνεται άμεσα και όχι με δισταυρούμενη αντίδραση.
- Η ευαισθησία της εξέτασης ως προς την ανίχνευση των αντισωμάτων να είναι 100% και για τους τρεις ιούς HIV-1, HIV-1 group O και HIV-2, ενώ η ειδικότητα σε δείγμα ελέγχου εθελοντών αιμοδοτών να είναι τουλάχιστον 99,5%. Η αναλυτική ευαισθησία της εξέτασης ως προς την ανίχνευση του αντιγόνου p24 να είναι <math>< 50\text{pg/ml}</math> ή <math>< 2\text{ IU/ml}</math>
- Να διατίθεται αρνητικός μάρτυρας καθώς και ξεχωριστοί θετικοί μάρτυρες για τα αντισώματα HIV-1, HIV-2 και αντιγόνο p24.
- Να έχει υψηλή διακριτική ικανότητα μεταξύ θετικών-αρνητικών (πολύ μικρό ποσοστό grey zone).

ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: HIV I/IIgO /p24 2.000 test
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 11.200,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΑΠΑ.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές να αποστέλλονται κλειστές , μέχρι 03-05-2018 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 11:00 πμ ,στο γρ. Προμηθειών, 2ος όροφος στο Ταχύρυθμο κτίριο του Γ.Ν.ΠΑΤΡΩΝ , και να αναγράφεται απαραίτητως ο αριθμός πρωτοκόλλου του εγγράφου, ο Α/Α του είδους , καθώς επίσης ο κωδικός CPV του προϊόντος (όπου αυτός υπάρχει) , ο ΑΦΜ της εταιρείας , ο κωδικός και η τιμή του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε.Π.Υ.

Η παραπάνω προσφορά θα ισχύει για ένα τρίμηνο.

Ο Διοικητής

Θεόδωρος Σερεμέτης