



ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,  
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Πάτρα : 23-08-2017  
Αρ.Πρωτ.:25779

Τμήμα :Οικονομικό  
Γρ.Προμηθειών  
Πληροφορίες :Δ.Κοκοβίκα  
Τηλ.: 2610 - 227871  
Fax: 2610 - 227853  
e – mail :d.kokobika@agandreashosp.gr

### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

**ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΜΕΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΦΙΛΜ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 6.200,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ**

#### ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών , σύμφωνα με την αριθμ. 27ης/2017 απόφασης ΔΣ με ΑΔΑ:7718146906Λ-231 προτίθεται να προβεί στην ανάθεση , με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών " **ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΜΕΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΦΙΛΜ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ** ", προϋπολογισμού **6.200,00 € συμπεριλαμβανομένου φπα** , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής (η οποία δεν μπορεί να είναι υψηλότερη αυτής του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε.Π.Υ)

Στην περίπτωση που η τιμή προσφοράς σας είναι υψηλότερη αυτής του Π.Τ παρακαλούμε όπως αποστείλετε Υπεύθυνη Δήλωση, βάσει οδηγιών της Ε.Π.Υ.

#### Προδιαγραφές

- Καταγραφικό σύστημα υψηλής ανάλυσης , σύγχρονης τεχνολογίας κατάλληλο για εκτύπωση φιλμ στο φως της ημέρας (DAYLIGHT), χωρίς χημική επεξεργασία, κατάλληλο για σύνδεση CR.
- Να διαθέτει δύο τροφοδότες φιλμ για ταυτόχρονη εκτύπωση.
- Να τυπώνει στα παρακάτω μεγέθη και τύπους φιλμ:
  1. 35x43cm (14"x17") ακτινογραφίας
  2. 28x35cm (11"x14") ακτινογραφίας
  3. 24x30cm (10"x12") ακτινογραφίας
  4. 18x14cm (8"x10") ακτινογραφίας

5. 24x30cm (10"x12") ακτινογραφίας

6. 18x24cm ( 8"x10") ακτινογραφίας

- Να έχει υψηλή ανάλυση εκτύπωσης 500dpi, ώστε να καλύπτει και την εκτύπωση και εξετάσεων ψηφιακής μαστογραφίας ανάλυσης 20pixel/mm.
- Δυναμικότητα εκτύπωσης , τουλάχιστον 70φιλμ/ώρα στη διάσταση 14"x17"
- Εσωτερική διαμόρφωση  $\geq 14$ bits (διαβαθμίσεις του γκρι 16384).
- Τα μεγέθη των εικόνων ανά φιλμ να κυμαίνονται από 1:1 έως 1:20 καθώς επίσης να υπάρχουν και άλλα ελεύθερα προγραμματιζόμενα όπως μικτά και μεγέθη .
- Να τυπώνει μέσω δικτύου Ethernet TCP/IP.
- Να υποστηρίζει το πρωτόκολλο εκτύπωσης DICOM 3.0.
- Να έχει την δυνατότητα ν συνδεθεί και με άλλες διαγνωστικές μονάδες που διαθέτουν για εκτύπωση DICOM 3.0
- Να καταλαμβάνει μικρό χώρο. Να αναφερθούν οι διαστάσεις και το βάρος.
- Να διαθέτει μνήμη RAM μεγάλης χωρητικότητας .Να αναφερθεί .
- Να διαθέτει σκληρό δίσκο υψηλής ταχύτητας και χωρητικότητας , η οποία να αναφερθεί.
- Να διαθέτει οθόνη επικοινωνίας με το χρήστη . Προτιμητέα γλώσσα η Ελληνική.
- Να διαθέτει λειτουργίες παραμετροποίησης και αναφοράς βλάβης μέσω ιστοσελίδας για την απομακρυσμένη διαχείριση και υποστήριξη .
- Να αναφερθεί η κατανάλωση ρεύματος και οι συνθήκες λειτουργίας.
- Εγγύηση δύο (2) έτη.
- **Προϋπολογισμός : 5.000,00€ + ΦΠΑ.**

#### **ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Οι προσφορές να αποστέλλονται κλειστές , μέχρι **31-08-2017 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 1:00 μμ**, στο γρ.Προμηθειών, 2ος όροφος στο Ταχυρυθμο κτίριο του Γ.Ν.ΠΑΤΡΩΝ , και να αναγράφεται απαραίτητως ο αριθμός πρωτοκόλλου του εγγράφου, ο Α/Α του είδους , καθώς επίσης ο κωδικός CPV του προϊόντος (όπου αυτός υπάρχει) , ο ΑΦΜ της εταιρείας , ο κωδικός και η τιμή του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε.Π.Υ, όπου και θα γίνει το άνοιγμα των προσφορών από την Επιτροπή Αξιολόγησης όπως αυτή ορίστηκε με την αριθμ. 27ης/2017 απόφασης ΔΣ με ΑΔΑ:7718146906Λ-231 .

Η παραπάνω προσφορά θα ισχύει για ένα τρίμηνο.

**Ο Διοικητής**

**Θεόδωρος Σερεμέτης**

