

16PROC005143557 2016-09-26



**ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ**

**Πάτρα :26-09-2016
Αρ.Πρωτ.:29127**

**Τμήμα :Οικονομικό
Γρ.Προμηθειών
Πληροφορίες : Δ.Κοκοβίκα
Τηλ.: 2610 - 227871
Fax: 2610 - 227896
e-mail: d.kokobika@agandreashosp.gr**

ΑΔΑ:

ΑΔΑΜ:

α/α δεσμευσης : 1758

και ΑΔΑΜ αυτού: ΩΚΤΙ46906Λ-9ΥΓ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ ΓΝΠ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 8.500,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ .

Σε συνέχεια της υπ' αριθ 543/14-09-2016 Απόφασης Διοικητή με ΑΔΑ: 7Ν6146906Λ-08Ρ το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη μειοδότη για την προμήθεια :

ΕΝΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 8.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (η οποία δεν μπορεί να είναι υψηλότερη αυτής του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε.Π.Υ) για το είδος προϋπολογισμού οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (8.500,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ . Στην περίπτωση που η τιμή προσφοράς σας είναι υψηλότερη αυτής του Π.Τ παρακαλούμε όπως αποστείλετε **Υπεύθυνη Δήλωση**, βάσει οδηγιών της Ε.Π.Υ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 8.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

- 1) Να είναι εύκαμπτο με οπτικό σύστημα άριστης ποιότητας.
- 2) Να έχει εξωτερική διάμετρο 3,5χιλ για εύκολη χρήση ακόμα και σε παιδιά.Το εύρος γωνίας οράσεως να είναι 70®και όχι μεγαλύτερο ώστε να υπάρχει άριστη φωτεινότητα και διαύγεια στο πεδίο αυτό.Να είναι πλήρως στεγανό και να μπορεί να αποστειρωθεί σε υγρά και σε κλίβανο αερίου.
- 3) Το άκρο του να μπορεί να εκτελεί κινήσεις τουλάχιστον 180® προς τα πάνω και 90®πρός τα κάτω για μέγιστη εργονομία.

4) ~~Να έχει μήκος εργασίας 30 εκ.~~
16PROC005143557 2016-09-26

- 5) Να έχει παροχή service και ανταλλακτικών για 10 έτη. Να φέρει πολλαπλούς αντάπτορες για να δύναται να συνδεθεί με τα καλώδια ψυχρού φωτισμού όλων των εταιριών καλώδιο ψυχρού φωτισμού απαραίτητα να είναι αποσπώμενο για μεγαλύτερη εργονομία.
- 6) Το σύστημα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την πλήρη λειτουργία.
- 7) Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο έτη.
- 8) Να προσφερθεί τιμή με προϋπόθεση την απόσυρση του παλαιού ενδοσκοπίου μας.
- 9) Όλα τα ανωτέρω να αναφέρονται στα επίσημα προσπέκτους.
- 10) Η προμηθεύτρια εταιρεία υποχρεούται να εκπαιδεύσει το Ιατρικό και τεχνικό προσωπικό στην χρήση και συντήρηση του εργαλείου χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του Νοσοκομείου.

Πιθανή δαπάνη οκτώ χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (8.500,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Το προσφερόμενο είδος πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρει την προβλεπόμενη σήμανση CE.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές να αποστέλλονται **κλειστές μέχρι την 29-09-2016 ημέρα Πέμπτη του έτους 2016 και ώρα 11:00 π.μ στο Ταχύρυθμο κτήριο, στον 2ο όροφο Γρ. Προμηθειών** και να αναγράφεται **απαραιτήτως ο αριθμός πρωτοκόλλου του εγγράφου, ο Α/Α του είδους**, καθώς επίσης ο **κωδικός CPV** του προϊόντος (όπου αυτός υπάρχει) **ο κωδικός και η τιμή του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε.Π.Υ.**, όπως και ο **κωδικός GMDN** στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

Όπου και το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης όπως ορίστηκε με την αρ. 580/19-09-2016 Απόφαση Διοικητή με ΑΔΑ:ΩΦΚΕ46906Λ-0Μ0 του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών.

Ο Διοικητής του Γ.Ν. Πατρών

Θεόδωρος Σερεμέτης