



Προς **ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ**
Θέμα **ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 64
ΤΟΜΩΝ»**

Αξιότιμε/η κύριε/α,

Στα πλαίσια του υπ' αριθμ. πρωτ. **46359/23-12-2019** πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια ενός «Αξονικού Τομογράφου 64 τομών». Προϋπολογισμός: 400.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σας παραθέτουμε κάτωθι τις προτάσεις της εταιρείας μας αναφορικά με:

13. ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

13.1 Εγχυτής

ΝΑΙ. Να περιλαμβάνεται στην βασική σύνθεση και να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και παραγωγής, διπλού αυλού κατάλληλος για εγχύσεις σκιαγραφικού σε εξετάσεις αξονικής τομογραφίας

Η εταιρεία Bayer Ελλάς ABEE προτείνει την τροποποίηση των παραπάνω, στα πρότυπα των Τεχνικών Προδιαγραφών του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 3/2018 της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ που ολοκληρώθηκε με επιτυχία και ειδικότερα της **ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 2B ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ 64 ΤΟΜΩΝ – 12. Παρελκόμενος Εξοπλισμός – Εγχυτής**, ως κάτωθι:

13.1 Εγχυτής Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας κατάλληλος για εγχύσεις σκιαγραφικού σε εξετάσεις αξονικής τομογραφίας. Να έχει και δυνατότητα και για έγχυση ορού. Η κεφαλή του εγχυτή να στηρίζεται σε τροχήλατη βάση με αντιστατικούς τροχούς. Να πραγματοποιεί έγχυση σκιαγραφικού σε φάσεις τουλάχιστον 1-6 επιπέδων. Να έχει μέγιστο όριο πίεσης τουλάχιστον 300 psi. Να δέχεται αναλώσιμο κιτ πλήρωσης συστήματος, πολλαπλών χρήσεων, εγκεκριμένο για συνεχή χρήση τουλάχιστον 12 ωρών. Ο ρυθμός ροής να είναι από 0,1 έως 10 ml/sec. Να διαθέτει οθόνη αφής για τον έλεγχο και τον προγραμματισμό των εγχύσεων από την αίθουσα ελέγχου. Να διαθέτει ενεργό θερμαντικό σύστημα του σκιαγραφικού μέσου στους 35ο C περίπου. Να διαθέτει λειτουργία ταυτόχρονης έγχυσης σκιαγραφικού και ορού σε ποσοστιαία αναλογία. Να διαθέτει σύστημα απομακρυσμένης διάγνωσης και επισκευής μέσω ασφαλούς σύνδεσης στο internet σε περίπτωση βλάβης. Να έχει τη δυνατότητα για λήψη της Modality Worklist και σύνδεση με PACS, για αποστολή των στοιχείων έγχυσης. Να έχει δυνατότητα συγχρονισμού με τον Αξονικό Τομογράφο.

Επιπλέον, εισηγούμαστε τη περαιτέρω συμπλήρωσή τους ως ακολούθως:



Bayer Ελλάς ABEE
Τομείς Υγείας, Γεωργίας
Σωρού 18 - 20,
151 25, Μαρούσι,
Αθήνα,
Τηλ: 210 6187500
Fax: 210 6187575
Α.Φ.Μ.: 094056437
ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

www.bayer.gr



Να δέχεται πιστοποιημένα συμβατά αναλώσιμα διαφόρων κατασκευαστών, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω αναλώσιμα πληρούν τις κανονιστικές απαιτήσεις που είναι αναγκαίες για την ομαλή, συνεχή και μακροπρόθεσμη λειτουργία του εν λόγω προσφερόμενου είδους, σύμφωνα, μεταξύ άλλων, με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση ή συμπλήρωση.

Με εκτίμηση
Για τη Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ

Νικόλαος Κουρεντζής
Country Head Radiology
GR/CY/IL/MT/RO/BG/MD

Dimitris Htenas
OEM & Tender Key Account Specialist
Radiology