

Προς

Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»

Αθήνα, 24/04/2020

Αξιότιμοι κύριοι,

Παρακαλούμε όπως λάβετε γνώση των παρακάτω σχολίων, σε συνέχεια της πρόσκλησης της Υπηρεσίας σας για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Συσκευών Ανάλυσης για ανοσολογικές εξετάσεις, CPV 38434580-5”.

Προδιαγραφή 15:

<<Να διαθέτει σύστημα ανίχνευσης πήγματος και σύστημα για την αποφυγή επιμόλυνσεων μεταξύ των δειγμάτων (carry over) για όλες τις εξετάσεις. Να αναφερθεί ο τρόπος αποφυγής επιμόλυνσης.>>

Η συγκεκριμένη προδιαγραφή ευλόγως ζητεί τεχνική λύση ώστε να εξασφαλίζεται η ακεραιότητα του δείγματος, άρα και η ποιότητα του αποτελέσματος. Για να μην υπάρξει όμως καμία παρερμηνεία και προκειμένου να είναι σαφές ότι περιλαμβάνονται όλα τα δείγματα υπό οποιαδήποτε συνθήκη, θα προτείναμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής:

15. Να διαθέτει σύστημα ανίχνευσης πήγματος και σύστημα για την πλήρη (100%) αποφυγή επιμόλυνσεων μεταξύ των δειγμάτων (carry over) για όλες τις εξετάσεις. Να αναφερθεί ο τρόπος αποφυγής επιμόλυνσης.

Με εκτίμηση,

Roche Diagnostics (Hellas) A.E.