

17PROC005786341 2017-02-10



ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Πάτρα 10-02-2017
Αρ.Πρωτ.: 4173

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μ. ΝΤΑΓΙΟΥΚΛΑ
ΤΗΛ.: 2610 - 227852
FAX: 2610 - 227896
E – Mail : mdagioukla@agandreashosp.gr

ΑΔΑ:.....

ΑΔΑΜ:.....

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΘΕΤΗΣ ΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, σύμφωνα με την αριθμ. 57/07-02-2017 απόφαση Διοικητή με ΑΔΑ:ΩΘΟΥ46906Λ-ΒΤ7 προτίθεται να προβεί στην προμήθεια, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών, **με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής, (η οποία δεν μπορεί να είναι υψηλότερη αυτής του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε.Π.Υ)** για το παρακάτω είδος προϋπολογισμού 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Στην περίπτωση που η τιμή προσφοράς σας είναι υψηλότερη αυτής του Π.Τ παρακαλούμε όπως αποστείλετε **Υπεύθυνη Δήλωση**, βάσει οδηγιών της Ε.Π.Υ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΘΕΤΗΣ ΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

1. Ο θάλαμος να είναι καθέτου τύπου, βιολογικής ασφάλειας, ισχυρής κατασκευής τελευταίας τεχνολογίας κατάλληλος για την παρασκευή κυτταροστατικών φαρμάκων.
2. Η αναλογία κυκλοφορόντος και εξερχόμενου αέρα να είναι σε αναλογία 70-30% ακολουθώντας τις διεθνείς προδιαγραφές.
3. Να πληροί τα standards ασφαλείας DIN 12980 (Class II) και EN 12469 (Class II).
4. Εσωτερικά να είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα με στρογγυλεμένες γωνίες.
5. Η τράπεζα εργασίας να αποτελείται από ένα ενιαίο κομμάτι με στρογγυλεμένες άκρες και με δυνατότητα κατακράτησης υγρών σε περίπτωση διαρροών.
6. Το εμπρόσθιο τζάμι να διαθέτει κλίση διευκολύνοντας τον χειριστή στην εργασία του. Να διαθέτει επίσης προκαθορισμένες θέσεις εργασίας ανοίγματος - κλεισίματος και πάχους 5-8mm τουλάχιστον δύο στρώσεων, παρέχοντας μεγαλύτερη ασφάλεια.
7. Το εμπρόσθιο τμήμα του θαλάμου να μπορεί να ανασηκωθεί πλήρως για τον καθαρισμό του

17PROC005786341-2017-02-10
εσωτερικού χώρου καθώς και για την εισαγωγή μεγάλων αντικειμένων.

8. Να ελέγχεται από μικροπεξεργαστή, να υπάρχει υψηλής ανάλυσης οθόνη και όλες οι λειτουργίες να είναι διαθέσιμες τόσο για τον χρήστη όσο και για το προσωπικό συντήρησης μέσω και των πλήκτρων που έχει.
9. Να διαθέτει σύστημα ασφαλείας σε περίπτωση φραγής των φίλτρων .Να γίνει περιγραφή.
10. Να διαθέτει λάμπα UV.
11. Ο πίνακας χειρισμού να είναι εφοδιασμένος με πλήκτρα αφής και ενδεικτικά LED και οθόνη LCD, στην οποία να εμφανίζονται οι καταστάσεις λειτουργίας του θαλάμου καθώς και οι συναγερμοί .
12. Να εμφανίζονται οι εξής λειτουργίες :
 - ο Η εσωτερική ταχύτητα του αέρα
 - ο Η εξωτερική ταχύτητα του αέρα
 - ο Το ποσοστό φραγής των φίλτρων.
 - ο Οι ώρες λειτουργίας του μοτέρ
 - ο Οι ώρες λειτουργίας της λάμπας UV
 - ο Διαδικασία απολύμανσης
 - ο Αναφορά συναγερμών
13. Να διαθέτει οπτικοακουστικό συναγερμό για τα εξής :
 - ο Μείωση/Αύξηση εσωτερικής ταχύτητας του αέρα
 - ο Μείωση/Αύξηση εξωτερικής ταχύτητας του αέρα
 - ο Βλάβες λειτουργίας (κινητήρα, ανοικτό παράθυρο κ.λ.π.)
14. Μετά από πτώση τάσης ρεύματος να αποκαθίστανται αυτόματα οι αρχικές συνθήκες λειτουργίας.
15. Να έχει HEPA φίλτρα H14 πιστοποιημένα με ικανότητα κατακράτησης καλύτερη από 99,995% .
16. Να αναφερθεί εάν διαθέτει φίλτρα ενεργού άνθρακα συγκράτησης οσμών .
17. Η εσωτερική ταχύτητα του αέρα να είναι περίπου 0,5 m/s
18. Η εξωτερική ταχύτητα του αέρα να είναι 400 +/- 25 m³/h
19. Να διαθέτει φωτισμό φθορισμού έντασης 1000 LUX περίπου.
20. Να υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης βαλβίδας κενού.
21. Να διαθέτει δύο πρίζες σούκο τουλάχιστον.
22. Να είναι δυνατή η εισαγωγή κωδικών για την αποφυγή χρήσης του θαλάμου από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
23. Να λειτουργεί σε τάση 230 V/ 50 Hz.
24. Το επίπεδο θορύβου να είναι μικρότερο από 60 dB .
25. Να διαθέτει θύρα εξόδου RS232.
26. ΝΑ φέρει CE Mark και είναι διαπιστευμένος από GS, TÜV.
27. Να έχει πλάτος τουλάχιστον ένα μέτρο. Να αναφερθούν οι εσωτερικές και εξωτερικές διαστάσεις του θαλάμου.

17PROC005786341 2017-02-10

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης όπου θα πρέπει να απαντηθεί με σαφήνεια η συμφωνία ή όχι στις τεχνικές προδιαγραφές,

Ο κατασκευαστικός οίκος να διαθέτει ISO 9001 και ISO 13485.

Ο προμηθευτής να διαθέτει σύστημα ποιότητας EN ISO 9001:2008 με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και EN ISO 13485:03 με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Όλα τα παραπάνω θα αποδεικνύονται με την προσκόμιση των αντίστοιχων πιστοποιητικών, τα οποία πρέπει να κατατεθούν με την προσφορά.

Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) έτη από την παράδοση του σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας, και διασφάλιση παροχής ανταλλακτικών και αναλωσίμων για δέκα (10) έτη τουλάχιστον.

Να κατατεθεί αναλυτική αναφορά στο πρόγραμμα συντήρησης και στο σημερινό κόστος αυτής (εργασία-ανταλλακτικά- αναλώσιμα).

Να συνοδεύεται από εγχειρίδια λειτουργίας γραμμένα και στα Ελληνικά, καθώς και από εγχειρίδιο επισκευής.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές να αποστέλλονται **κλειστές μέχρι 21-02-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11 πμ στο Ταχύρυθμο κτήριο στον 2ο όροφο Γρ.Προμηθειών** και να αναγράφεται **απαραιτήτως ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος**, καθώς επίσης ο **κωδικός CPV** του προϊόντος (όπου αυτός υπάρχει) **ο κωδικός και η τιμή του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε.Π.Υ.**,όπως και ο **κωδικός GMDN** στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

Όπου και το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης όπως ορίστηκε με την αριθμ.112/08-02-2017 Απόφαση Διοικητή με ΑΔΑ: Ω3ΓΩ46906Λ-ΛΚ2 του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών.

Ο Διοικητής του Γ.Ν Πατρών

Θεόδωρος Σερεμέτης