

**Τεχνικές Προδιαγραφές για Ετήσια Συντήρηση Υπερήχου Voluson 730 PRO της
Γυναικολογικής Μαιευτικής κλινικής
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ :11.070 ΕΥΡΩ**

Η Εταιρεία θα πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επανορθωτικών επισκευών που θα ήθελε παρουσιαστούν στον υπέρηχο χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση.

Η συντήρηση θα περιλαμβάνει: έλεγχο καλής λειτουργίας και απόδοσης, έλεγχο ασφάλειας μετρήσεων, και τις αναγκαίες ρυθμίσεις και τοποθετήσεις των service kit.

Ο ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση να παραδίδει το μηχάνημα μετά από οποιαδήποτε συντήρηση (επιδιορθωτική ή προληπτική) στο τμήμα Βιοιατρικής Τεχνολογίας συνοδευμένο με το service report της εταιρείας.

Η συντήρηση και οι επισκευές θα γίνονται στο χώρο του Νοσοκομείου.

Κατά τη διάρκεια της σύμβασης ο ανάδοχος θα βαρύνεται με την νομική ευθύνη για την πρόκληση βλάβης σε τρίτους από κακή ή ελλιπή συντήρηση.

Η συντήρηση και οι επισκευές θα γίνονται από ειδικά εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό, εντός του πρωινού ωραρίου εργασίας.

Η Εταιρεία θα καλύπτει όλες τις ημέρες και ώρες του χρόνου.

Ο Τεχνικός της εταιρείας μετά από τηλεφωνική ή έγγραφη κλήση θα ευρίσκεται στο Νοσοκομείο σε λιγότερο από έξι (6) ώρες.

Στην σύμβαση συντήρησης θα συμπεριλαμβάνονται η παροχή εργατικών, ανταλλακτικών και λοιπών εξαρτημάτων ή υλικών που απαιτούνται, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού Οίκου.

Στην σύμβαση συντήρησης θα περιλαμβάνεται και το κόστος των προς αντικατάσταση κεφαλών του υπερήχου που θα έχουν υποστεί βλάβη.

Αθροιστικά ο χρόνος εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης για τον υπέρηχο ορίζεται σε οκτώ (8) ημέρες.

Πέραν των οκτώ (8) ημερών η εταιρεία θα καταβάλει στο Νοσοκομείο μας ως ποινική ρήτρα ευρώ ημερησίως για κάθε μηχάνημα.

Είναι επιθυμητό σε περίπτωση ακινητοποίησης του υπερήχου λόγω βλάβης πέραν των οκτώ ημερών, η αντικατάσταση του μηχανήματος από την εταιρεία με άλλο, έως την αποκατάσταση της βλάβης.

Η εταιρεία, υποχρεούται να καταθέσει τον πίνακα προγραμματισμένων συντηρήσεων με την έναρξη της σύμβασης.