

Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2014

**ΠΡΟΣ**  
**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ**

Τμήμα: Προμηθειών

**ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ**  
**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ – ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ»**

 ΑΝ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε.  
 Γκιώνας 1Α  
 Τ.Κ. 144 51 Μεταμόρφωση  
 Τηλ.: 210 20 20 232  
 Φαξ : 210 20 20 775  
[www.coloplast.gr](http://www.coloplast.gr)  
 e-mail: [info@coloplast.gr](mailto:info@coloplast.gr)

 Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης  
 14<sup>ο</sup>χλμ. Θεσ/κης- Ν. Μουδανιών  
 Τ.Κ. 57001 Θέρμη, Τ.Θ. 60688  
 Τηλ.: 2310 474 299  
 Φαξ: 2310 472 155  
 e-mail: [thessaloniki@coloplast.gr](mailto:thessaloniki@coloplast.gr)
**Κύριοι,**

 Υποκατάστημα Πάτρας  
 Αρέθα 89  
 Τ.Κ. 26443 Πάτρα  
 Τηλ.: 2610 462070, 2610 435075  
 Φαξ: 2610 462071  
 e-mail: [patra@coloplast.gr](mailto:patra@coloplast.gr)

 Υποκατάστημα Λάρισας  
 Καποδιστριαύ 2  
 Τ.Κ. 41222 Λάρισα  
 Τηλ.: 2410 672 902  
 Φαξ: 2410 625 079  
 e-mail: [larisa@coloplast.gr](mailto:lارisa@coloplast.gr)

 Υποκατάστημα Κρήτης  
 Ετεοκρητών & Λυκείου 50  
 Κορώνη Μαγαρά  
 Τ.Κ.713 05 Ηράκλειο  
 Τηλ: 2810 280 310  
 Φαξ: 2810 280 310  
 e-mail: [iraklio@coloplast.gr](mailto:iraklio@coloplast.gr)

Σε απάντηση της ανακοίνωσης σας, για πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: Ιατρικά Αναλώσιμα - Υγειονομικό Υλικό έχουμε να δηλώσουμε τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του Π.Δ.118/2007, όπου αναφέρεται ότι **οι περιγραφές των προϊόντων θα πρέπει να περιέχουν τα ελάχιστα χαρακτηριστικά του υλικού που απαιτούνται για να προσδιοριστεί η χρήση τους** καθώς και στο άρθρο 2 παράγραφος 4 του Ν 2955/2001 που επισημαίνει ότι **για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υλικού που θα συμπεριληφθούν στις τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει να υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση ότι επηρεάζουν τη δυνατότητα ή την αποτελεσματικότητα της χρήσης του.**

Οπότε ανά περιγραφή είδους, αλλά και γενικά ανά τεχνική προδιαγραφή οι παρατηρήσεις μας αναφέρονται παρακάτω:

A/A.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΣΧΟΛΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ	ΝΕΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
49.1	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΣΑΚΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΣΑΚΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΞΟΔΟΥ ΑΕΡΙΩΝ, ΑΝΤΙΪΔΡΩΤΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΚΑΛΥΜΜΑ. Η ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ	Η περιγραφή που ζητείται είναι γενική χωρίς να περιγράφει χαρακτηριστικά τα οποία θα καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες. Χρήζει πιο λεπτομερής περιγραφής όπως «για το φίλτρο εξόδου αερίων του σάκου και την διάμετρο κοπής». Το φίλτρο διαφυγής αερίων θα πρέπει να είναι στην κορυφή του σάκου για να μην φράζει από το περιεχόμενο του εντέρου και η εν λόγω διάσταση παραπέμπει σε υλικό συγκεκριμένου κατασκευαστή με αποτέλεσμα να περιορίζει την	Κλειστός διαφανής σάκος, αυτοκόλλητος ενός τεμαχίου, με φίλτρο διαφυγής αερίων στην κορυφή του σάκου, με αντιδρωτικό υποαλλεργικό κάλυμμα στο σημείο επαφής με το δέρμα και με διάμετρο κοπής του στομίου 60 mm ±5 mm

A/A.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΣΧΟΛΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ	ΝΕΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
		ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ 0-90mm ΠΕΡΙΠΟΥ.	συμμετοχή άλλων εταιριών. Επίσης η διάσταση 90 mm εκ των πραγμάτων χρησιμοποιείται σε μεγάλα στόμια που όμως καλύπτεται από τον Α/Α. 49.2 (ΣΑΚΟΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΙ). Η διάσταση που καλύπτει το σύνολο σχεδόν των στομιών και διατίθεται από το σύνολο των εταιριών της αγοράς είναι η 60 mm ±5 mm.	

A/A.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΣΧΟΛΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ	ΝΕΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
49.2	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΣΑΚΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ	ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΣΑΚΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ 0-90mm ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ.	Η περιγραφή που ζητείται είναι γενική χωρίς να περιγράφει χαρακτηριστικά τα οποία θα καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες. Χρήζει πιο λεπτομερής περιγραφής όπως «για το μέγεθος του παραθύρου ώστε να πετύχουμε την ιατρική παρέμβαση χωρίς να χρήζει αφαίρεσης του σάκου άρα μείωση κατανάλωσης υλικών. Επίσης η διάσταση κοπής 90mm δεν επιτρέπει στον χειρουργό να τοποθετήσει έστω, τα μικρότερα στηρικτικά εντέρου που υπάρχουν στην αγορά με διαγώνιο διάσταση από 9,4mm έως 10,4mm».	Διαφανής μετεγχειρητικός σάκος με διάμετρο κοπής στομίου 100 mm ~ 120 mm, ενός τεμαχίου με αποσπώμενο παράθυρο διαμέτρου τουλάχιστον 90 mm για να επιτρέπει την ιατρική πράξη χωρίς την αφαίρεση του σάκου και έξοδο αδειάσματος που μπορεί να συνδεθεί με οποιοδήποτε ουροσυλλέκτη.

Τέλος, προτείνουμε να προστεθεί και ο αυτοκόλλητος σάκος ουρητηροστομίας – παροχτεύσεων που έχει την δυνατότητα να αδειάζει και χρησιμοποιείται ανελλιπώς από το νοσοκομείο τα τελευταία 20 έτη (χειρουργείο & χειρουργική). Το προϊόν αυτό εξυπηρετεί την παραμονή του στον ασθενή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, εξοικονομώντας τόσο τον ιδιαίτερα περιορισμένο νοσηλευτικό χρόνο αλλά ταυτόχρονα και το κόστος (δεν απαιτούνται δύο και τρεις αλλαγές ημερησίως - σύνηθες φαινόμενο με κλειστούς σάκους).


Συνοψίζοντας λοιπόν προτείνουμε την προσθήκη είδους:

«Αυτοκόλλητος διαφανής σάκος ουρητηροστομίας με ενσωματωμένο κολλητικό και διάμετρο κοπής στομίου 55mm ± 5mm. Να διαθέτει, βαλβίδα αντεπιστοφής και μαλακή έξοδο για σύνδεση με οποιονδήποτε ουροσυλλέκτη».

Προτεινόμενη ποσότητα 800τμχ. Σύμφωνα με τον μέσο όρο κίνησης του συγκεκριμένου είδους τα τρία τελευταία έτη.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και παραμένουμε στη διάθεσή σας, για να παρέχουμε μελέτες αν ζητηθούν και κάθε συμπληρωματική πληροφορία και διευκρίνιση σχετικά με την παρούσα επιστολή.

Για την Αναστάσιος Μαυρογένης Α.Ε.

  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε.  
ΙΑΤΡΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΙΔΗ  
ΚΥΚΛΙΑΣ 1Α, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Τ.Κ. 14451  
ΑΦΜ: 995345607 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  
ΤΗΛ: 210 2020232 · FAX: 210 2020775

Π. Κλάγκος

Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων

