

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
για ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟ για την ΜΕΘ

Το αιτούμενο βρογχοσκόπιο, πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- = Να είναι κατάλληλο για εξεταστική χρήση ρουτίνας και για θεραπευτικές επεμβάσεις
- = Να διαθέτει εύκαμπτο σωλήνα μικρής διαμέτρου μέχρι 4,9 χιλιοστά, ώστε να μην δημιουργεί δυσφορία στον ασθενή, να μην μειώνει δραματικά την οξυγόνωση του διασωληνωμένου ασθενή,
- = Να λειτουργεί μέσω Ινοπτικών ινών,
- = Να είναι πλήρως στεγανό και να μπορεί να παραμείνει εντός απολυμαντικών υγρών για μεγάλο χρονικό διάστημα για την πλήρη ασφάλεια χρήσης του, σύμφωνα και με τις οδηγίες του κατασκευαστή,
- = να έχει εύρος όρασης 120 μοίρες,
- = Να διαθέτει βάθος πεδίου οράσεως 3 ως 50 χιλιοστά
- = Να διαθέτει κανάλια εργασίας για εισαγωγή εργαλείων, όπως λαβίδας και βούρτσας μικρής διαμέτρου μέχρι 2,2 χιλιοστά,
- = Να διαθέτει κανάλι αναρρόφησης καθώς και βαλβίδα αυτόματης αναρρόφησης, να φέρει κατάλληλη υποδοχή για σύνδεση με το κύκλωμα αναρρόφησης
- = Να εκτελεί γωνιώσεις προς τα πάνω μέχρι 180 μοίρες και προς τα κάτω μέχρι 130 μοίρες,
- = Να φέρει εποφθάλμιο φακό τέτοιο που να μπορεί να συνδεθεί και με το κύκλωμα όρασης μέσω οθόνης,
- = Να διαθέτει μήκος εργασίας τουλάχιστο 60 εκατοστά, και συνολικό μήκος τουλάχιστο 90 εκατοστά
- = Να συνοδεύεται από κατάλληλες λαβίδες βιοψίας τύπου "κουτάλας" και τύπου "κροκοδειλάκι" πολλαπλών χρήσεων
- = Να μπορεί να είναι συμβατό στις συνδέσεις του με τον υπάρχοντα εξοπλισμό που διαθέτει το τμήμα όπως κάμερα, πηγή ψυχρού φωτισμού, κλπ.
- = Να φέρει σήμανση CE-Mark
- = Κόστος 10000 Ε +Φ.Π.Α