

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ  
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΩΝ

- 1) Η συσκευή θέρμανσης αίματος και ορών να είναι χωρίς αναλώσιμο υλικό.
- 2) Να είναι μικρού όγκου και βάρους και να δύναται να αναρτηθεί σε στατώ ορών.
- 3) Να είναι εύκολη στη χρήση της και να διαθέτει διακόπτες αφής για εύκολο καθαρισμό.
- 4) Να διαθέτει ψηφιακή οθόνη απεικόνισης της επιθυμητής θερμοκρασίας.
- 5) Να διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης θερμοκρασίας μέσω διακοπών αφής από 33 °C – 43 °C.
- 6) Να επιτυγχάνεται αποτελεσματική μεταφορά θερμότητας μέσω θερμαντικού profile μήκους τουλάχιστον 170 cm.
- 7) Να μπορούν να προσαρμοστούν συσκευές ορών μιας χρήσεως οποιασδήποτε κατασκευάστριας εταιρείας.
- 8) Να παρέχεται εγγύηση λειτουργίας για δύο (2) χρόνια και παροχής ανταλλακτικών για πέντε (5) χρόνια.

Πιθανή δαπάνη μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. περίπου 3.000€.