



ΑΠ. Γ. ΠΑΠΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Θεσσαλονίκη, 02.02.2018

ΠΡΟΣ:
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ
“Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ”
Τσερτίδου 1, Πάτρα 263 32
Γραφείο Προμηθειών
Τηλ.: 261 360 1000

ΘΕΜΑ:
«ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 24.800 ΜΕ ΦΠΑ»

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Αξιότιμοι Κύριοι,

Κατόπιν μελέτης των τεχνικών προδιαγραφών και σεβόμενοι το έργο της Επιτροπής σύνταξης αυτών, σας παραθέτουμε κατωτέρω τις παρατηρήσεις της εταιρείας μας οι οποίες αφορούν στο προς προμήθεια μηχάνημα.

Με γνώμονα τη βελτίωση και αναβάθμιση των τεχνικών προδιαγραφών που τέθηκαν από το Νοσοκομείο και λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες ανάγκες ενός σύγχρονου Γενικού Νοσοκομείου τα σημεία που προτείνουμε να τροποποιηθούν, έτσι ώστε το σύστημα που θα προμηθευτεί το Νοσοκομείο να είναι σύγχρονης τεχνολογίας καλύπτοντας όλες τις ανάγκες του Τμήματος αλλά και επιτρέποντας την απρόσκοπτη συμμετοχή όλων των εταιρειών εγνωσμένης αξίας:

ΚΕΝΤΡΙΚΟ:

Παν. Δεξιάς 3

546 35 Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310 245.421

Fax: 2310 245 011

M.A.E.: 37204/62/B/96/290

A.Φ.Μ.: 094512503

Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε Θεσσαλονίκη

Μετοχικό Κεφάλαιο:

440.000,00 €

mail: papoudis@papoudis.gr

www.papoudis.gr

ΥΠΟΚ/ΜΑ:

Κούπα 37 & Μπαϊρακτάρη

115 26 Αθήνα

Τηλ.: 210 67.29.444

Fax: 210 67.74.693

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Παράγραφος 1. Να είναι ειδικός για αναισθησιολογική χρήση, φορητός, μικρού βάρους, μικρότερου από 4 κιλά (≤ 4 Kg) και όγκου έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιείται σε άμεση

ανάγκη εκτός τροχηλάτου στους χώρους των χειρουργείων από αίθουσα σε αίθουσα όπου χρειαστεί ανάγκη.

Εφόσον όλοι οι κατασκευαστικοί οίκοι εγνωσμένης αξίας διαθέτουν φορητά συστήματα υπερηχοτομογραφίας με βάρος μικρότερο των 6kg, προτείνουμε την εξής τροποποίηση:

Παράγραφος 1. Να είναι ειδικός για αναισθησιολογική χρήση, φορητός, μικρού βάρους, μικρότερου από 6 κιλά (≤ 6 Kg) και όγκου έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιείται σε άμεση ανάγκη εκτός τροχηλάτου στους χώρους των χειρουργείων από αίθουσα σε αίθουσα όπου χρειαστεί ανάγκη.

Παράγραφος 4. Να λειτουργεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικής σάρωσης ηχοβόλες κεφαλές, Phased Array Sector, Convex, Linear και απαραίτητα να δέχεται διοισοφάγιο κεφαλή. Οι ονομαστικές συχνότητες των κεφαλών να είναι από 1.0MHz μέχρι 15.0MHz τουλάχιστον.


Εφόσον όλοι οι κατασκευαστικοί οίκοι εγνωσμένης αξίας διαθέτουν άνω όριο συχνοτήτων ηχοβόλων κεφαλών μεγαλύτερο από 18MHz, προτείνουμε την εξής τροποποίηση:





ΑΠ. Γ. ΠΑΠΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ



Παράγραφος 4. Να λειτουργεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικής σάρωσης ηχοβόλες κεφαλές, Phased Array Sector, Convex, Linear και απαραίτητα να δέχεται διοισοφάγειο κεφαλή. Οι ονομαστικές συχνότητες των κεφαλών να είναι από 1.0MHz μέχρι 18.0MHz τουλάχιστον.

Παράγραφος 13. Να διαθέτει έγχρωμη TFT οθόνη τουλάχιστον 10" ιντσών.

Εφόσον όλοι οι κατασκευαστικοί οίκοι εγνωσμένης αξίας διαθέτουν έγχρωμη TFT οθόνη τουλάχιστον 12" ιντσών, προτείνουμε την εξής τροποποίηση:

Παράγραφος 13. Να διαθέτει έγχρωμη TFT οθόνη τουλάχιστον 12" ιντσών.

Παράγραφος 14. Να απεικονίζει σε βάθος σάρωσης σε όλες τις ζητούμενες τεχνικές απεικόνισης έως 35cm τουλάχιστον, σε αναλογία με τις εκάστοτε ηχοβόλες κεφαλές και τις αντίστοιχες συχνότητες λειτουργίας.

Εφόσον όλοι οι κατασκευαστικοί οίκοι εγνωσμένης αξίας διαθέτουν βάθος σάρωσης σε όλες τις ζητούμενες τεχνικές απεικόνισης μεγαλύτερο των 38 εκατοστών, προτείνουμε την εξής τροποποίηση:

Παράγραφος 14. Να απεικονίζει σε βάθος σάρωσης σε όλες τις ζητούμενες τεχνικές απεικόνισης έως 38cm τουλάχιστον, σε αναλογία με τις εκάστοτε ηχοβόλες κεφαλές και τις αντίστοιχες συχνότητες λειτουργίας.

Οι ως άνω προτάσεις της εταιρείας μας έχουν ως μοναδικό σκοπό την απρόσκοπτη συμμετοχή της εταιρείας μας στο διαγωνισμό, την ανάπτυξη ευρύτερου ανταγωνισμού στη διαγωνιστική διαδικασία και φυσικά την προμήθεια εκ μέρους του Νοσοκομείου σας ενός συστήματος ψηφιακής μαστογραφίας τελευταίας τεχνολογίας, με τα ποιοτικότερα δυνατά χαρακτηριστικά.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ:

Παν. Δεξιάς 3

546 35 Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310 245.421

Fax: 2310 245 011

M.A.E.: 37204/62/B/96/290

A.Φ.Μ.: 094512503

Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε Θεσσαλονίκης

Μετοχικό Κεφάλαιο:

440.000,00 €

mail: papoudis@papoudis.gr

www.papoudis.gr

ΥΠΟΚ/ΜΑ:

Κούπα 37 & Μπαιρακτάρη

115 26 Αθήνα

Τηλ.: 210 67.29.444

Fax: 210 67.74.693

Ευελπιστώντας ότι οι παρατηρήσεις μας θα τύχουν θετικής αντιμετώπισης, διατελούμε,

Μετά τιμής για την ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΠΑΠΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΠΑΠΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε.
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΔΡΑ: ΠΑΝ. ΔΕΞΙΑΣ 3 - 546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ. 2310 245 421 - FAX: 2310 245 011
ΥΠΟΚ/ΜΑ: ΚΟΥΠΑ 37 - Τ.Κ. 11526 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 67 29 444 - 210 67 29 445
ΑΦΜ: 094512503 - ΜΑΕ: 37204/62/B/96/290 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Μίμης Αληχανιδης
Υπεύθυνος Πωλήσεων

