

Προς:

Γενικό Νοσοκομείο Πατρών
“Ο Άγιος Ανδρέας”
Τμήμα : Γραφείο Προμηθειών

Θεσσαλονίκη, 26/04/2018

ΘΕΜΑ : Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών

Κύριοι,

με την παρούσα επιστολή σας καταθέτουμε τις παρατηρήσεις μας επί των προδιαγραφών της δημόσιας διαβούλευσης για την προμήθεια ενός Λαπαρόσκοπικού Επεμβατικού Πύργου, ως κατωτέρω :

Α. Κάμερα HD (High Definition)

§3β → Προτείνουμε η προδιαγραφή αυτή να ζητηθεί προς επιλογή ή να παραληφθεί, διότι την διαθέτει μόνο μία εταιρεία.

§7 → Προτείνουμε η προδιαγραφή «Επίσης, να διαθέτει έξοδο HDMI 4K ή αντίστοιχη για μεταφορά εικόνας 4K» να ζητηθεί προς επιλογή.

§9 → Προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής : **Η κεφαλή να είναι αδιάβροχη και να αποστειρώνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή (Σημείωση** : οι συχνοί κλιβανισμοί δημιουργούν προβλήματα στην κεφαλή με αποτέλεσμα την κακοποίησή της και την αύξηση του κόστους λειτουργίας της, οπότε ο κλιβανισμός δεν είναι η καταλληλότερη μέθοδος αποστείρωσης).

§10-12 → Προτείνουμε οι προδιαγραφές αυτές να ζητηθούν προς επιλογή.

Γ. Πηγή ψυχρού φωτός

§3 → Προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής : Να διαθέτει εγγυημένη διάρκεια ζωής της λυχνίας τουλάχιστον 20.000 ωρών.

§9 → Προτείνουμε η προδιαγραφή «Να συνδέεται σειριακά με την κάμερα ώστε οι παράμετροι λειτουργίας να απεικονίζονται στο μόνιτορ» να ζητηθεί προς επιλογή.

ΣΤ. Αντλία πλύσης - αναρρόφησης

§6 → Προτείνουμε η προδιαγραφή αυτή να ζητηθεί προς επιλογή.

Γ. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ Ε.Ε.
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Χ. ΜΟΥΣΚΟΥ 21 - Τηλ: 2310 200083
Τ.Κ. 546 34 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΦΜ: 3235850001 - ΗΜΠΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη: Χ. Μούσκου 21 - Τ.Κ. 54634 - Τηλ: 2310 200467 & 2310 200083 - Fax: 2310 208536
Αθήνα: Φειδιοπόδου 21 - Τ.Κ. 11527 - Τηλ: 210 7772021 - Fax: 210 7772021

ΓΕΝΙΚΑ

Σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες & Κανονισμούς Ασφαλείας, οι συσκευές που απαιτούνται να εναρμονίζονται με την κλάση CF είναι αυτές που έρχονται σε άμεση αγώγιμη επαφή με την καρδιά ή παρόμοιων εφαρμογών ίσης σημαντικότητας, π.χ. διαθερμία, συσκευή πνευμοπεριτοναίου κλπ. Επιπλέον, τα προϊόντα που απαιτούνται να εναρμονίζονται με την κλάση BF είναι αυτά που έρχονται σε αγώγιμη επαφή με τον ασθενή. Επομένως, σε αυτή την περίπτωση οι συσκευές που πρέπει να εναρμονίζονται με κλάση ηλεκτρικής ασφάλειας CF είναι η συσκευή διόγκωσης πνευμοπεριτοναίου (Δ) και η συσκευή μονοπολικής - διπολικής διαθερμίας (Ε), ενώ όλα τα υπόλοιπα μηχανήματα πρέπει να εναρμονίζονται με κλάση ηλεκτρικής ασφάλειας BF. Για το λόγο αυτό προτείνουμε να τροποποιηθούν αναλόγως οι τεχνικές προδιαγραφές §A.13, §G.10.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση - διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,
Ανανιάδης Κωνσταντίνος

Γ. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ Ε.Ε.
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Χ. ΜΟΥΣΚΟΥ 21 - Τηλ.: 2310 200083
Τ.Κ. 546 34 Θεσσαλονίκη
Α.Φ.Μ. 089605530 ΔΤΥ Ε' ΘΕΣΜΙΚΗΣ