

Προς  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

Τμήμα Προμηθειών  
Τηλέφωνο: 2610227854  
Email: [diabouleysi@agandreashosp.gr](mailto:diabouleysi@agandreashosp.gr)

**Θέμα: «Προδιαγραφές για προμήθεια πλεγμάτων για αποκατάσταση κηλών βουβωνικής χώρας».**

Η εταιρεία μας προτείνει να προστεθούν οι εξής τεχνικές προδιαγραφές:

Μη απορροφήσιμο πλέγμα (εμβάλωμα) κατασκευασμένο από πλεκτό πορώδες χειρουργικό πλέγμα κατασκευασμένο από 100% μονόκλωνες ίνες πολυπροπυλενίου (PP) σε προσχηματισμένο ελλειψοειδές σχήμα. Να διαθέτει μέγεθος πλέγματος 1,5mm<sup>2</sup>, μοριακό βάρος 97 ±5gr/m<sup>2</sup>, και πάχους 0,65mm. Με κεντρικό πτερύγιο στον κώνο που να επιτρέπει πιάσιμο χωρίς επαφή (no touch). Να είναι αδρανές, αποστειρωμένο και υψηλής αντοχής. Να διατίθενται σε προκαθορισμένες διαστάσεις με οπή και σχισμή, για τον σπερματικό τόνο σε σετ με plug-κώνο προκαθορισμένης διαμέτρου, αποστειρωμένα σε σετ στις παρακάτω διαστάσεις:

Προκαθορισμένη Διάσταση Πλέγματος	Διάμετρος Plug-Κώνου	Διάσταση
05 x 08 cm	Ø05cm	Small
06 x 13 cm	Ø05cm	Small
05 x 08 cm	Ø07cm	Medium
06 x 13 cm	Ø07cm	Medium
05 x 08 cm	Ø09cm	Large
06 x 13 cm	Ø09cm	Large
05 x 08 cm	Ø11cm	X-Large
06 x 13 cm	Ø11cm	X-Large

Είμαστε στη διάθεσή σας.

**Με τιμή,  
Για την MEDI-SUP A.E.**

**ΜΕΝΤΙ-ΣΑΠ Α.Ε.  
MEDI-SUP Α.Ε.**  
ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΣΑΓΟΓΕΣ - ΕΞΑΓΟΓΕΣ  
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΣ ΝΟΤΑΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΑ  
ΑΦΜ: 094447320  
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 41006  
Τηλ: 210 8888001

**Νικήτας Δημέας  
Διευθυντής πωλήσεων**