

Αγαπητοί Κύριοι,

Σας αποστέλλουμε τις προτάσεις της εταιρείας Johnson and Johnson ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ συμμετέχοντας στη Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΒΙΔΩΝ ΨΑΛΙΔΟΕΙΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ»

Συγκεκριμένα:

1. Τεχνικές Προδιαγραφές Λαβίδων Ψαλιδοειδών Ηλεκτροθερμικής Συγκόλλησης Ανοικτής Χειρουργικής

Στις υπό διαβούλευση προδιαγραφές, ζητείται: «Ψαλιδοειδής λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων και σύντηξης ιστών, συνολικού μήκους 18,8cm ανοικτής χειρουργικής.

Να έχει ηλεκτρόδιο μήκους 16,5cm και κυρτούς τραυματικούς σιαγόνες 28° με κεραμικό στοπ στην εσωτερική επιφάνεια και θερμική μόνωση στην εξωτερική ώστε να είναι κατάλληλη για θυρεοειδεκτομή, αιμορροϊδεκτομή κατά Milligan - Morgan, και άλλες ακριβείς/λεπτές επεμβάσεις ανοικτής χειρουργικής σε ιδιαίτερα ευαίσθητους ιστούς.»

Οι παραπάνω προδιαγραφές ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΥΝ συγκεκριμένο προϊόν, με αποτέλεσμα να μην προάγεται ο ανταγωνισμός προς όφελος του νοσοκομείου. Επειδή και η εταιρεία μας διαθέτει ανάλογο προϊόν με τουλάχιστον ίδια αποτελέσματα ως προς τη χρήση, προτείνουμε οι προδιαγραφές να διαμορφωθούν ως εξής:

«Ψαλιδοειδής λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων και σύντηξης ιστών, συνολικού μήκους 18 - 20cm ανοικτής χειρουργικής.

Ο στείλεός να περιστρέφεται κατά 360ο , να έχει ηλεκτρόδιο μήκους 16 - 20cm και κυρτούς τραυματικούς σιαγόνες 25ο-30° με κεραμικό στοπ στην εσωτερική επιφάνεια και θερμική μόνωση στην εξωτερική

ώστε να είναι κατάλληλη για θυρεοειδεκτομή, αιμορροϊδεκτομή κατά Milligan - Morgan, και άλλες ακριβείς/λεπτές επεμβάσεις ανοικτής χειρουργικής σε ιδιαίτερα ευαίσθητους ιστούς.»

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία

Με εκτίμηση,

Georgakoudi Georgia

Tendering Administrator

Johnson & Johnson Hellas Commercial and Industrial S.A.

4 Epidavrou & Aegialias Str.,

151 25, Maroussi

Tel.: 0030-210-6875756

Fax: 0030-210-6875541

e-mail: ggeorgak@its.jnj.com