

Σχετικά με την διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών χημικών αναλυτών έχουμε να επισημάνουμε το κάτωθι

Στις τεχνικές προδιαγραφές για το σύστημα ανάλυσης γλυκοζυλιωμένης και A2 ζητείται ο προσφερόμενος αναλυτής να διαθέτει δειγματοφορέα 100 θέσεων. Ο αριθμός των θέσεων στον προσφερόμενο αναλυτή κρίνουμε πως είναι υπερβολικά μεγάλος ανάλογα με της ζητούμενες εξετάσεις μέτρησης γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης τον χρόνο. Εάν υποθέσουμε πως οι εργάσιμες ημέρες το χρόνο είναι 250, καθημερινά το εργαστήριο μπορεί να μετρήσει έως και 8 δείγματα. Ο αριθμός μέτρησης γλυκοζυλιωμένων εξετάσεων ανά ημέρα είναι ακόμα μικρότερος εάν αυξηθούν οι εργάσιμες ημέρες το χρόνο.

Πιστεύουμε πως ένας αναλυτής/σύστημα με δειγματοφορέα 10 δειγμάτων είναι κατάλληλος για το εργαστήριο

Με εκτίμηση

Haris Poullos M.Sc | Account Manager
Clinical Diagnostics Group

Bio-Rad Laboratories
2-4 Mesogeion Ave
Phone: + 30 (210) 777 4396
Fax: + 30 (210) 777 4376
Mobile: + 30 (697) 900 8669
Email: haris_poullos@bio-rad.com
www.bio-rad.com