



GE Healthcare A.E.

Σωρού 8-10 (Κτίριο C)
15125 Μαρούσι, Αθήνα
T 210 893 0600
F 210 962 5931

Προς: **ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
«Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Καλαβρύτων 37 – 26335 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2610 227872
EMAIL : diabouleysi@agandreashosp.gr**

Αρ.Πρωτ. : 20.Η.0010 CT/GK
Ημ/νία : 10/03/2020

**ΘΕΜΑ: ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥ
ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 64 ΤΟΜΩΝ**

Αξιότιμοι Κύριοι,

Έπειτα από προσεκτική μελέτη των τεχνικών προδιαγραφών αναφορικά με την ως άνω **ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ** και σεβόμενοι πάντα το έργο της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών, θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τα παρακάτω.

1. Τεχνική προδιαγραφή 10.3 «Εξεταστικό πεδίο ανασύνθεσης, cm. ΑΠΑΙΤΗΣΗ: >50»

Δεδομένου ότι ο διαγωνισμός αφορά αξονικό τομογράφο γενικής χρήσης 64 τομών, το εξεταστικό πεδίο ανασύνθεσης αρκεί να είναι 50cm. Οι περιπτώσεις που χρειάζεται μεγαλύτερο εξεταστικό πεδίο μεγαλύτερο από 50cm αφορά μόνο αξονικούς τομογράφους που είναι για σχεδιασμό ακτινοθεραπευτικών πλάνων και είναι εξειδικευμένοι για αυτή τη χρήση και διαθέτουν μεγαλύτερο gantry.

Η συγκεκριμένη προδιαγραφή είναι φωτογραφική και αφορά στην εταιρία Siemens και το μοντέλο αξ. Τομογράφου Somatom Go.All (η οποία πληρεί και όλες τις υπόλοιπες προδιαγραφές) και επομένως αφορά προδιαγραφή για να αποκλειστούν άλλες εταιρίες. Προκειμένου να μπορέσει η εταιρία μας να συμμετάσχει στον διαγωνισμό προτείνουμε η συγκεκριμένη προδιαγραφή αν αλλάξει σε:

«Εξεταστικό πεδίο ανασύνθεσης, cm. ΑΠΑΙΤΗΣΗ: ≥50»

Παρακαλούμε πολύ όπως λάβετε υπ' όψιν σας το παρόν και τροποποιήσετε αναλόγως τις τεχνικές προδιαγραφές.

Ευχαριστούμε πολύ εκ των προτέρων

Για την εταιρεία,
Μιχάλης Παυλόπουλος
Account Manager