

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Καλώδια ασθενούς ECG - αυτοκόλλητα,  
Περιχειρίδες ηλεκτρ. Πιεσόμετρων, Μπαταρίες Απινιδωτών, Αισθητήρες Αναπνευστήρων –  
Θερμοκοιτίδων – Αναισθησιολογικών)**

**ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ**

1. Ο υποψήφιος προμηθευτής να καταθέτει πιστοποιητικό καταλληλότητας του υλικού από τον κατασκευαστικό οίκο του μηχανήματος.
2. Το υλικό να διαθέτει ένδειξη CE. (Να κατατίθεται)
3. Ο κατασκευαστικός οίκος του υλικού να διαθέτει ISO 13485 (Να κατατίθεται).
4. Η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει σύστημα ποιότητας EN ISO 9001:2008, με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και EN ISO 13485:03 με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων (Να κατατίθενται).