

Προς
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ <Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ>
Τμήμα Οικονομικό / Γραφείο Προμηθειών
Τηλ.: 2610-227871
E-mail: diabouleusi@agandreashosp.gr

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣ Α΄ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ

Στα πλαίσια της Α΄ Διαβούλευσης για την προμήθεια ενδοτραχειακών σωλήνων, η εταιρεία μας προτείνει τις παρακάτω αλλαγές και προσθέσεις στις τεχνικές προδιαγραφές:

Στο 2) Να προστεθεί: Να είναι κατασκευασμένο από σιλικοναρισμένο PVC για άριστη βιοσυμβατότητα, μεγαλύτερο χρόνο παραμονής και ευκολότερη διέλευση του καθετήρα αναρρόφησης.

4) Να προστεθεί: ...να αναγράφεται το μέγεθος του σωλήνα και η διάμετρος του CUFF.

Να προστεθούν :

- 5) Το μέγεθος του σωλήνα να αναγράφεται πάνω από το cuff και στο άλλο άκρο του σωλήνα.
- 6) Να διαθέτει ευρύ περιμετρικό ακτινοσκοπικό δακτύλιο πάνω από το cuff
- 7) Να είναι ελεύθερος latex.
- 8) Να διαθέτει διαφανές συνδετικό 15 mm.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία.

Μετά τιμής,
Για τη **MEDI-SUP A.E.**
MENTI - ΣΑΠ A.E.
MEDI - SUP A.E.
ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΣΑΓΟΓΕΣ - ΕΞΑΓΟΓΕΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΝΟΣ/ΚΟΥ & ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 19, ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ
ΑΦΜ: 094447320 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 41045/04/Β/98/155(07)
ΤΗΛ: 210 600 661, 210 600 5969
Αιμίλιος Ε. Γακιάτας
Διευθυντής Πωλήσεων

ΕΠΩΝΥΜΙΑ	: MEDI-SUP A.E.	
ΑΦΜ	: 094447320	ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	: ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 19, ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ	Τ.Κ.: 15354
EMAIL	: athens@medisup.gr	FAX: 210 600 3108
ΤΗΛ	: 210 6000 661, 210 600 5969	