

Αξιότιμες Κυρίες, Κύριοι

Η εταιρεία μας ΑΝΤΙΣΕΛ-ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε., ανταποκρινόμενη στην πρόσκληση του Νοσοκομείου σας να καταθέσει τις παρατηρήσεις για τη "Δημόσια διαβούλευση των υπ αριθμό. 31546/05-09-2019 τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια: ΜΙΑΣ ΨΥΧΟΜΕΝΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ", έχει την τιμή να καταθέσει τις παρακάτω προτάσεις.

A) Προδιαγραφή Νο.2

"Να συνοδεύεται από κεφαλή τεσσάρων θέσεων για την φυγοκέντρηση τουλάχιστον 24 σωληναρίων αίματος, χωρητικότητας 5/9 ml και διάστασης 17x100mm"

Επειδή κατά την εκτίμησή μας η παραπάνω προδιαγραφή είναι γενική και όχι αρκούντως σαφής, προτείνεται να τροποποιηθεί σε :

Να συνοδεύεται από κεφαλή τεσσάρων θέσεων και κατάλληλους αντάπτορες για τη φυγοκέντρηση τουλάχιστον 24 σωληναρίων αίματος χωρητικότητας 5/7 ml (διάστασης 13x100mm) καθώς και αντάπτορες για την φυγοκέντρηση τουλάχιστον 16 σωληναρίων αίματος χωρητικότητας 10ml (διάστασης 17x100mm)

B) Προδιαγραφή Νο.8

"Να διαθέτει δυνατότητα προγραμματισμού και αποθήκευσης τουλάχιστον 6 προγραμμάτων σε πλήκτρα άμεσης χρήσης στον πίνακα ελέγχου της φυγοκέντρου"

Για τη **δυνατότητα αποθήκευσης περισσότερων προγραμμάτων** από τους χρήστες προτείνεται να τροποποιηθεί σε :

"Να διαθέτει δυνατότητα προγραμματισμού και αποθήκευσης **τουλάχιστον 99 προγραμμάτων**, τρία εκ των οποίων να μπορούν να ανακληθούν με πλήκτρα άμεσης χρήσης στον πίνακα ελέγχου της φυγοκέντρου"

Γ) Προδιαγραφή Νο.11

“Στην οθόνη να αναφέρονται τουλάχιστον οι στροφές, ο χρόνος φυγοκέντρωσης καθώς και οι βαθμίδες επιτάχυνσης και επιβράδυνσης.”

Προκειμένου να είναι ανοιχτή η διαγωνιστική διαδικασία και να επιτραπεί σε περισσότερες εταιρείες να συμμετάσχουν, επί της προδιαγραφής νο.11 προτείνεται τροποποίηση της σε:

Στην οθόνη να αναφέρονται τουλάχιστον οι στροφές, ο χρόνος φυγοκέντρωσης και η θερμοκρασία καθώς και να υπάρχει σχετική ένδειξη στον πίνακα ελέγχου για τις βαθμίδες επιτάχυνσης και επιβράδυνσης μέσω λυχνίας LED ή στην οθόνη.

Δ) Για τη διασφάλιση της μετά της πώλησης τεχνικής υποστήριξης του εξοπλισμού προτείνεται να προστεθεί η παρακάτω προδιαγραφή:

“Ο προμηθευτής να είναι εξουσιοδοτημένος για την εγκατάσταση, συντήρηση και την τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού από τον κατασκευαστικό οίκο για το συγκεκριμένο διαγωνισμό”

Με την ελπίδα ότι οι προτάσεις μας θα ληφθούν σοβαρά υπόψιν, παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία.

Βικελούδα Μάγδα

Τμήμα Εργαστηριακού Εξοπλισμού

Τηλ: 231 0322525 | **Εσ:** 231 1240110

Κινητό: 697 2107147 | mvikelouda@antisel.gr | www.antisel.gr

