

Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2019

**ΠΡΟΣ** : **ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»**  
**ΤΜΗΜΑ** : **ΟΡΟΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ**  
**ΘΕΜΑ** : Διαβούλευση προδιαγραφών ψυχόμενης φυγοκέντρου 24 θέσεων

Ανταποκρινόμενοι στην πρόσκλησή σας για διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του επικείμενου διαγωνισμού προμήθειας μιας ψυχόμενης φυγοκέντρου 24 θέσεων για το τμήμα οροαντιδράσεων του βιοπαθολογικού εργαστηρίου του Νοσοκομείου σας, και προκειμένου να συμμετάσχουμε σε αυτόν, παραθέτουμε τις τροποποιητικές προτάσεις μας επί των τεχνικών προδιαγραφών. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις δεν θα υποβαθμίσουν την λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα του τμήματος ενώ παράλληλα θα επιτρέψουν την συμμετοχή μεγαλύτερου αριθμού υποψήφιων προμηθευτών στον διαγωνισμό. Αναλυτικά:

1. Προτείνουμε η **προδιαγραφή 6** να απαλειφθεί διότι μειώνει την ανάπτυξη του ανταγωνισμού.
2. Προτείνουμε η **προδιαγραφή 17** να τροποποιηθεί ως ακολούθως: «Να είναι όσο το δυνατόν αθόρυβη (<63dB).»

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία.

Με εκτίμηση,



Ιάκωβος Παλημετάκης

