

Προς
Ελληνική Δημοκρατία
Υπουργείο Υγείας
6η Υ.Πε. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτ. Ελλάδα
Γενικό Νοσοκομείο Πατρών
Ο Άγιος Ανδρέας
Καλαβρύτων 37
26 335 Πάτρα

Αθήνα, 21.10.2019

Αρμόδιος : Γραφείο Προμηθειών
Τηλ. : 2613 601872
E-mail : diabouleysi@agandreashosp.gr

Θέμα : 2η Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια
«Συσκευές και Όργανα Έγχυσης»
Α/Α Πρωτ. 18812/21-5-2019
ΑΔΑ: 6Η2Β46906Λ-2Ρ9
Λήξη Υποβολής Διαβούλευσης : Ημέρα Δευτέρα, 21.10.2019, 14:00 μμ

Αγαπητοί κύριοι,

Στα πλαίσια της ανωτέρω δημόσιας διαβούλευσης σας παραθέτουμε κατωτέρω τα σχόλιά μας.

Τεχνικές Προδιαγραφές «Συσκευές και Όργανα Έγχυσης»

2) Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

Ογκομετρικές αντλίες, (μονές).

Προδιαγραφή: Ηλεκτρονικές, ογκομετρικές αντλίες μικρών διαστάσεων και βάρους.

Σχόλια Meditrust: Θεωρούμε απαραίτητο να αναφέρετε περίπου τις διαστάσεις και το βάρος της αντλίας.

Προτεινόμενη Διατύπωση Προδιαγραφής: «*Ηλεκτρονικές, ογκομετρικές αντλίες μικρών διαστάσεων περίπου 26 εκ x 18 εκ x 9εκ (Υ) και βάρους περίπου 2,5 κιλά.*»

Προδιαγραφή: Να έχουν δυνατότητα ρυθμιζόμενης έγχυσης 0,1-1500 ml/h.

Σχόλια Meditrust: Επειδή πολλές αντλίες διαθέτουν απο 0,1- 999 ml/h, δεν θα υπάρξει η δυνατότητα προσέλευσης προμηθευτών, με σκοπό τον ανταγωνισμό προς το συμφέρον του Νοσοκομείου σας.

Προτεινόμενη Διατύπωση Προδιαγραφής: «*Να έχουν δυνατότητα ρυθμιζόμενης έγχυσης από 0,1-999 ml/h. Μεγαλύτερη ρυθμιζόμενη έγχυση θα αξιολογηθεί.*»

Προδιαγραφή: Να φέρουν επαναφορτιζόμενη μπαταρία με αυτονομία τουλάχιστον 7 ώρες με ρυθμό 125ml/h.

Σχόλια Meditrust: Επειδή τις 7 ώρες μπαταρία με ρυθμό 125ml/h δεν διαθέτουν πολλές αντλίες, με αποτέλεσμα την αδυναμία συμμετοχής προμηθευτών και την έλλειψη ανταγωνισμού, ζητάμε την αλλαγή της προδιαγραφής ως ακολούθως.

Προτεινόμενη Διατύπωση Προδιαγραφής: *«Να φέρουν επαναφορτιζόμενη μπαταρία με αυτονομία ανάλογα με τον ρυθμό έγχυσης από 6 ώρες με ρυθμό 2ml/h, 5ώρες με ρυθμό 125 ml/h και έως τουλάχιστον 4 ώρες με ρυθμό 500ml/h».*

Προδιαγραφή: Να διαθέτουν φωτεινή και ευδιάκριτη οθόνη λειτουργίας.

Σχόλια Meditrust: Είναι απαραίτητο να αναφέρονται διάφορα χαρακτηριστικά οθόνης για την ασφάλεια του ασθενούς, όπως έγχρωμη Οθόνη με διαστάσεις 3 ίντσες.

Προτεινόμενη Διατύπωση Προδιαγραφής: *«Να διαθέτουν φωτεινή και ευδιάκριτη έγχρωμη οθόνη αφής λειτουργίας μεγέθους τουλάχιστον 3 ίντσών».*

Αντλίες σύριγγας.

Προδιαγραφή: Φιλικό μενού στα Ελληνικά και φωτιζόμενη οθόνη υψηλής ευκρίνειας, με οπτικοακουστικούς συναγερμούς των βασικών λειτουργιών και παραμέτρων.

Σχόλια Meditrust: Θεωρούμε απαραίτητο για την αφάλεια του ασθενούς, να αναφέρεται το μέγεθος της οθόνης η οποία να είναι έγχρωμη.

Προτεινόμενη Διατύπωση Προδιαγραφής: *«Φιλικό μενού στα Ελληνικά και φωτιζόμενη έγχρωμη οθόνη αφής, περίπου 3 ίντσες, υψηλής ευκρίνειας, με οπτικοακουστικούς συναγερμούς των βασικών λειτουργιών και παραμέτρων».*

Προδιαγραφή: Με δυνατότητα bolus δόσης και με προγραμματισμό.

Σχόλια Meditrust: Προφανώς με το bolus δόσης εννοείτε τον Χειροκίνητο bolus.

Προτεινόμενη Διατύπωση Προδιαγραφής: *«Με δυνατότητα χειροκίνητου bolus δόσης και με προγραμματισμό».*

Προδιαγραφή: Μικρών διαστάσεων και βάρους.

Σχόλια Meditrust: Θεωρούμε απαραίτητο να αναφέρονται περίπου το βάρος και οι διαστάσεις

Προτεινόμενη Διατύπωση Προδιαγραφής: *Μικρών διαστάσεων περίπου 26 x 9 x 18 εκ και βάρους περίπου 2,5 κιλά».*

Προδιαγραφή: Φωτιζόμενη οθόνη υψηλής ευκρίνειας με ανάγνωση ενδείξεων ρυθμίσεων, συναγερμών μηνυμάτων και οδηγιών στα Ελληνικά.

Σχόλια Meditrust: Θεωρούμε ότι πρέπει να αναφέρονται χαρακτηριστικά Οθόνης.

Προτεινόμενη Διατύπωση Προδιαγραφής: *«Φωτιζόμενη έγχρωμη οθόνη αφής υψηλής ευκρίνειας, 3 ίντσων, με ανάγνωση ενδείξεων ρυθμίσεων, συναγερμών μηνυμάτων και οδηγιών στα Ελληνικά».*

Προδιαγραφή: Ρυθμός έγχυσης 0,1-1200 ml/h.

Σχόλια Meditrust: Ρυθμός έγχυσης μεγαλύτερος του 0,1-1200 ml/h θα αξιολογηθεί.

Προτεινόμενη Διατύπωση Προδιαγραφής: «Ρυθμός έγχυσης 0,1-1200 ml/h. Μεγαλύτερος ρυθμός έγχυσης θα αξιολογηθεί».

Πάντα στην διάθεσή σας,

Με Εκτίμηση

Meditrust Ε.Π.Ε.



Ιωάννης Κουζινόπουλος
Δ/ντής Πωλήσεων



Meditrust ΕΠΕ

Ιατρικός & Επιστημονικός Εξοπλισμός

Λευκάδος 25, Αθήνα 11362- Τηλ.: (210) 8811225, 8810567 - Fax: (210) 88 12252

Url: www.meditrust.gr

Σελίδα 3 από 3

