

Προς,

Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»

Γραφείο Προμηθειών
Τηλέφωνο: 2613-601872
e-mail: diabouleysi@agandreashosp.gr

Αθήνα, 11/03/2020

Αξιότιμοι κύριοι,

Λαμβάνοντας γνώση της Πρόσκλησης για τη Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών με αντικείμενο την προμήθεια **«ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» CPV 33181000-2 (ΦΙΛΤΡΑ MTN)** που αναρτήθηκε σε συνέχεια της αρ. **506/03-03-20 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56B** απόφασης Διοικητή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα κάτωθι:



Η εταιρεία μας HEALTHWAY θεωρώντας εξαιρετικά σημαντικό το ζήτημα της ασφάλειας και της βιοσυμβατότητας των Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων και ιδιαίτερως των νέων θεραπειών όπως η αιμοπροσρόφηση και λαμβάνοντας υπόψη τα γνωστά προβλήματα σοβαρών αιμορραγιών που προκαλούνται με την αιμοπροσρόφηση, θα ήθελε να σας ενημερώσει για τα φίλτρα αιμοπροσρόφησης νέας τεχνολογίας **secondary cross linking**, τεχνολογία η οποία προσδίδει στα φίλτρα αιμοπροσρόφησης τα ζητούμενα χαρακτηριστικά, ασφάλεια και βιοσυμβατότητα χωρίς τα παραπάνω αναφερόμενα προβλήματα των σοβαρών αιμορραγιών, κάτι που αποδεικνύεται και από σχετικές μελέτες, οι οποίες επισυνάπτονται.

Για το λόγο αυτό παρακαλώ όπως συμπεριληφθούν τα φίλτρα νέας τεχνολογίας **secondary cross linking** στις τεχνικές προδιαγραφές των φίλτρων αιμοπροσρόφησης για δηλητηριάσεις.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία.

Με εκτίμηση,

Για την HEALTH WAY Ε.Π.Ε.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ