

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΙΚΡΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΗΣΗΣ

1. Τα προσφερόμενα χειρουργικά εργαλεία να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα (Stainless Steel) που η σύσταση του, να συμφωνεί κατασκευαστικά με τα Διεθνή DIN17442/ISO7153 και αντέχουν στην αποστείρωση και στην πολλαπλή χρήση τους. Να αναφερθεί η θερμοκρασία αποστείρωσης σε κλίβανο ατμού για κάθε εργαλείο.
2. Τα προσφερόμενα χειρουργικά εργαλεία να φέρουν χαραγμένα στο μέταλλό τους: το σήμα του εργοστασίου, τον κωδικό αριθμό του εργοστασίου (part number) καθώς επίσης και το CE MARK, την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα χειρουργικά εργαλεία να είναι απολύτως εγγυημένα
3. Τα χειρουργικά εργαλεία να είναι απολύτως εγγυημένα για το ατραυματικό φινίρισμά τους, τη σωστή ευθυγράμμιση των σκελών τους, την άριστη λειτουργία των αρθρώσεών τους, ώστε να εξασφαλίζεται μαλακό άνοιγμα, σταθερό και ισχυρό κλείσιμο σε λαβίδες και βελονοκάτοχα (ώστε να μην στρίβουν οι βελόνες).
4. Τα χειρουργικά εργαλεία να είναι ματ, ώστε να μην αντανακλούν στο φως της χειρουργικής λυχνίας και να παρεμποδίζουν την όραση του χειρουργού
5. Να κατατεθεί ο πρωτότυπος κατάλογος του εργοστασίου
6. Να υπάρχει συμφωνία μεταξύ των μεγεθών των απαιτούμενων ειδών με τα προσφερόμενα είδη
7. Να δίνεται εγγύηση 2 ετών τουλάχιστον κατατεθεί ανάλυση της εγγύησης του προμηθευτή και του ιδίου του εργοστασίου
8. Να υπάρχει η δυνατότητα της εταιρείας για άμεση συντήρηση των εργαλείων στη χώρα μας, με αποδεδειγμένη τεχνική υπηρεσία επί ποινής απόρριψης.

Δείγματα:

- Να κατατεθούν με την προσφορά αντιπροσωπευτικά δείγματα από όλες τις κατηγορίες των αιτούμενων εργαλείων και να αναφέρουν όλα τα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω
- Έλεγχος δειγμάτων

10. Να κατατεθούν πιστοποιητικά:

- ISO εργοστασίου κατασκευής
- ISO προμηθεύτριας εταιρείας για εμπορία και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων
- Χώρα κατασκευής από το ίδιο εργοστάσιο. ISO εργοστασίου πρώτης ύλης κατασκευής των χειρουργικών εργαλείων.
- Πιστοποίηση CE χειρουργικών εργαλείων.