

**Επιτροπή σύνταξης προδιαγραφών και προϋπολογισμού για  
δυο συμπιεστές πλάσματος**

Ο συμπιεστής πλάσματος πρέπει:

1. Να λειτουργεί είτε αυτόματα (με τη χρήση ρεύματος) είτε χειροκίνητα.
2. Να δέχεται όλους τους κοινούς τύπους ασκών.
3. Να έχει υποδοχή για το κράτημα των δορυφορικών ασκών (άγκιστρο).
4. Να έχει φωτοκύτταρο ανίχνευσης της λευκής στιβάδας που σχηματίζεται μετά τη φυγόκεντρηση του ολικού αίματος, χωρίς να επιτρέπει την ανάμειξη του πλάσματος με τα φυγοκεντρημένα ερυθρά.
5. Να διαθέτει αυτόματο διακόπτη ροής, ώστε να είναι ασφαλή τα παραγόμενα παράγωγα του αίματος.
6. Να τηρεί τα διεθνή standards που απαιτούνται για την τεχνολογία του : MDD 93/42/EEC, EN 60601-1, EN 60601-2, RoHS2.
7. Να έχει χρόνο εγγύησης δυο (2) έτη.
8. Ο προμηθευτής να καταθέσει πιστοποιητικό αποκλειστικής αντιπροσώπευσης του οίκου κατασκευής (επί ποινή αποκλεισμού)
9. Ο προμηθευτής να καταθέσει έγγραφα που θα πιστοποιούν την προσφορά του προϊόντος απευθείας από την κατασκευάστρια εταιρεία, και όχι από τρίτο (επί ποινή αποκλεισμού)
10. Ο προμηθευτής να έχει την υποχρέωση εγκατάστασης, λειτουργίας και εκπαίδευσης του προσωπικού στη χρήση του προϊόντος.
11. Ο προμηθευτής να αναλαμβάνει τα έξοδα επίδειξης του μηχανήματος ή δοκιμαστικής λειτουργίας, αν χρειαστεί.

11/9/2020

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ