

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 35091/17-09-20

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΑΝΩΘΕΝ ΤΟΥ CUFF

Σετ διαδερμικής τραχειοτομίας διαστάσεων 7 και 8 mm ID, με μονό διαστολέα προοδευτικά αυξανόμενης διαμέτρου.

Ο σωλήνας τραχειοστομίας να είναι θερμοευαίσθητος, να έχει cuff σφαιρικού σχήματος το οποίο να φουσκώνει συμμετρικά και να αυξομειώνεται η πίεση που δέχονται τα τοιχώματα της τραχείας.

Η κλίση του τραχειοστόματος να είναι 105 μοίρες .

Να υπάρχει άνωθεν του cuff ενσωματωμένος σωλήνας αναρρόφησης των εκκρίσεων.

Η τοποθέτηση να γίνεται με την τεχνική Seltinger (οδηγός με οπή εντός του τραχειοστόματος για την διέλευση του σύρματος).

Ο οδηγός να κουμπώνει με το τραχειόστομα και να μην εξέχει ανω του ενός cm από την εξωτερική οπή .

Να είναι ατραυματικό το άκρο εισαγωγής και να μεταβαίνει ομαλά προς το τραχειόστομα χωρίς να δημιουργείται “σκαλοπάτι” .

Υπολογιζόμενο κόστος μονάδος 150 Ε (χωρίς φπα).