

Προς ,
6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΑΤΡΩΝ ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑΣ Γ.Ν.
Καλαβρύτων 37
263 35 ΠΑΤΡΑ

Αθήνα , 19/10/2020 ΕΞ5686/ΙΝΕ/ΜΡο

ΑΦΟΡΑ : ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 19/10/2020 για την προμήθεια ΜΙΑΣ (1)
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ.

Κύριοι ,

Με την παρούσα επιστολή σας αποστέλλουμε τις προτάσεις της εταιρείας μας όσον αφορά την πρόσκληση υποβολής Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια : ΜΙΑΣ (1) ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ.

Στην προδιαγραφή #9 : «Το πάχος του στρώματος να είναι τουλάχιστον 12 εκατοστά. Η επένδυση της πολυθρόνας να είναι υψηλής ποιότητας με σχετική πιστοποίηση»

- Καθώς δεν θα επηρεαστεί η αναπauτικήτητα της καρέκλας και για να αναπτυχθεί μεγαλύτερος ανταγωνισμός και να μπορούν να συμμετέχουν περισσότερες εταιρείες στην διαγωνιστική διαδικασία προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφή ως ακολούθως: «Το πάχος του στρώματος να είναι τουλάχιστον 9 εκατοστά. Η επένδυση της πολυθρόνας να είναι υψηλής ποιότητας με σχετική πιστοποίηση.»

Στην προδιαγραφή #11: «Το πλάτος της να είναι ως 90 εκατοστά. Το μήκος της ως 2 μέτρα.»

- Για να μπορούν να συμμετέχουν περισσότερες εταιρείες στην διαγωνιστική διαδικασία και καθώς δεν θα επηρεάσει κάπως τα χρηστικά χαρακτηριστικά της πολυθρόνας, προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως ακολούθως: «Το πλάτος της να είναι έως 90 εκατοστά. Το μήκος της έως 2,3 μέτρα.»

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση

Με εκτίμηση,

Για την ΝΕΑ ΕΠΙΜΕΝΤ ΜΕΠΕ

Νέα ΕΠΙΜΕΝΤ ΜΕΠΕ
Α. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 64 ΑΘΗΝΑ
ΔΟΥ. ΨΥΧΙΚΟΥ
ΑΦΜ: 999723663 - ΤΗΛ.: 210 6926370 - FAX: 210 6926371
E-mail: info@emedgroup.gr