

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΕΙΑΣΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: **38.500,00 €** ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24%.

ΜΗΧΑΝΗΜΑ	Σύνθεση Αγγειογράφου
<p>X-RAY ANGIOCARDIOGRAPHY SYSTEM 1-PLANE INNOVA IGS 540 GE HEALTHCARE</p> <p>Sn</p> <p>32233M39 , 682780BU2 , PRB5019_20 , 16C2R0183 , 680707BU7 , 4150 , M4-16-042 , UV-0121 , 679242BU8 , AXE160545 , 198605GI8 , 113420CX4 , 876300056 , T16-01- 296-18 , 680807BU5 , 172105BT9 , TRAB196115 , 189602WG6 , 171932BT7 , TRAB220441</p>	<p>WORKSTATION DELL T3620 W7P/E3-1220V5/8GB/1T (S/N 301020001737-1W6HDD2) , MONITOR 19" DELLP1917S PROFESSIONAL LED , HD 1TB SATA 7,2K 3.5" FOR DELL PRECISION 3620 P.O.301020001737 , RA600 V8.0 STANDARD S/W , RA600 V8.0 DICOM PRNT MOD , RA600 V8.0 SMA P.O.4422546.1 , X-RAY DIGITAL DETECTOR COOLANT KIT 25% PRO X 2 TEM , DRAPE WITH 3M BRIDGE , XT CABLE DRAPE OR CONCEALMENT , 9-6- INBOARD MONITOR BRIDGE (MIST GRAY) , ONE PAIR OF CLEAR-VU ARM SUPPORT , QUIK STRAPS 3"X30 , SLICKER COVER FOR OMEGA IV+V , MATTRESS FOR OMEGA V ED3 , HEAD EXTENDER/OMEGA III , IV POLE AND MOUNT , OMEGA 5 CABLE MANAGEMENT DEVICE KIT , OMEGA V WO DPS , OMEGA-IEC ED3 230VAC MARTEK CONVERTER , OMEGA V LONG TABLE-MOTORIZED OPTION , OMEGA V TABLE TOP PAD ED3 , OMEGA V-INNOVA REFRESH COVERS SET , TSSC CONTROL , S/P INNOVA IGS/OMEGA SMART BOX , FLOOR PLATE-BASE PLATER ASSEMBLY , TEMPLATE , REINFRMNT L BRDG 3 MONTR , COOLIX 4100 AUTO-TRANSFORMER CE , BASE PLATE ASSEMBLY , CABLE HARNESS 36M 6&8 LCD SUSPENSION , HOCK ABSORTER KIT , 186"/472CM B.BAILS , DIAMENTOR BASE PACKAGE , FRONT.DIAMENTOR CABLE SET , DIAMENTOR M4 KDK/SM & OM ADDENDUM SE , 6 LCD MONITOR SUSPENSION , VGA VIDEO CONVERTER KIT , 1X48CM-19INCH BLACK AND WHITE LCD IN ROOM X 2 TEM , 1X48CM-19INCH BLACK AND WHITE LCD IN ROOM , 48CM(19") COLOR LCD I.R. MONITOR , 48CM-19INCH BLACK AND WHITE LCD MONITOR , INNOVA 3D DOCUMENTATION , I-4100-3D CALIB SUITCASE , ADMINISTRATOR PACKAGE , BOLUS CABLE SET 100FT 30M , FASTLINK GROUP , GROUP-4-5 CABLE SET , INNOVA LC DOLLY , INNOVA LIFT DOLLY , DYNAMIC ANGIOGRAPHIE PACKAGE , INNOVA ONETOUCH QA , MPPS OPTION , BLENDED ROADMAP APPLICATION , STENVITZ , MAC LAC CABLE 70INCHES , FLUOROSTORE , IN ROOM BROWSER , STENOSIS ANALYSIS , SUB NO-SUB FLUORO DISPLAY , LEFT VENTRICLE ANALYSIS , IGS 540-DETECTOR , FE LETTER-OPERATOR MANUAL ON PAPER , CABLES SYSTEMS GROUPE 3 , CABLES SYSTEMS GROUPE 1 MAX LENGTH , INNOVA IGS 540-CERBER A , CABLES SYSTEMS GROUPE 2 MAX LENGTH , IP4X TABLE PANNING DEVICE W/5M CABLE , INNOVA CENTRAL TOUCH SCREEN-SILVER EDITION P.O.4422546.2.5 , AUDIO INTERCOM 1 KIT PRIMARY AND SECOND , CABLE 12V , LOWER BODY SHI.3 , OPTIONAL SHILED FOR SINGLE PIVOT LOB , CEILING TRACK 2,5M WITH CABLE SPOOLER , 360 COLUMN WITH CARRIAGE 80CM , RADSHIELD 76X70 CM LATERRALLY GUIDED , HB-1 ARMBBOARD , HB-1 ARMBBOARD PAD P.O.4422546.3 , VESSELIQ XPRESS , REPORTING TOOL S/W , CONCURRENCY ENABLER , 19" LCD MONITOR X 2TEM , FE LETTER OM ON PAPER FOR AW , DEMO EXAMS PACKAGE , AW HP WORKSTATION POWER CORDS KIT , AUTOBONE XPRESS , PREPROCESSING SW ENABLER , VOLUME VIEWER , AW 4.7Z440HWPLATFORM , AW VOLUMESHARE 7-SW UPGRADE , CARDIAC ANALYSIS S/W PACKAGE , INNOVA 3DXR 1.3 , VOLUME VIEWER INNOVA P.O.4422546.4 , HEAT MAINTAINER SYRINGE NOVA , CORD AC 250V 10A EURO , ASSY-CA-DCU-10FT , ASSY CABLE INTERFACE XMC 917A GE REMOTE , PACKAGE PRODUCT INFO BV MC (S/N 600006874- HC004SA) , MARK 7 ARTERION PACKEGED BASE SYSTEM MC (S/N 600006874-201695) , ASSY FINAL PEDESTAL ARTERION MC (S/N 600006874-160854) , ASSY ARTICULATING ARM MARK 7 ARTERION , ASSY FULCRUM BRACKET DCU MC P.O. 600006874 , S/P INNOVA IGS/OMEGA SMART BOX P.O. 4422546.6 1L PROBE (S/N 4452140.1-518960WXO),BT11 BW PRINTER FIXTURE LOT:0,E8CS</p>

<p>ENDOCAVITY PROBE, 7MHZ (S/N 4452140.1-0),CWD KIT FOR P6 (S/N 4452140.1-0),P6 BT09 EASY 3D (S/N 4452140.1-0),P6 BT09 DICOM 3.0 (S/N 4452140.1-509646WX6),LP6 BT11 FOR EUROPE SYS (S/N 4452140.1-331255SU0),P6/P6PRO UG GREEK (S/N 4452140.1-0)UP-D898 BW PRINTER KIT,4C PROBE (S/N 4452140.1-166629WP4)</p> <p style="text-align: center;">ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ</p> <p>XT IB BRIDGE ,OMEGA TSSC CDRH SILVER ED,41CM DETECTOR DYN40 CDRH,MONOPLANE C2 CABINET,VCIM-CDRH HANDSWITCH AND,VASCULAR ANGIO COLLIMATOR 16,INNOVA IGS 540 002,SMC APOLLO CONDITIONER,LC DET. 40,ANGIO TILT PLATE ASSY,PERFPORMIX 160A INSERT,PERFORMIX 160 CASING,CERBER IGS 5X0 SW PACKAGE,4KV PDU ASSEMBLY MONOPLANE C1 CABINET,INGRID,DL9EM PROCESSOR RACK ASSEMBLY,JEDI 100 VASC 1T JEDI HV TANK ,RTAC9X PROCESSOR ASSEMBLY,AW VolumeShare 7,Centricity RA600 Lower Body Shield & RadShiels 76x70 cm.</p>				
ΕΓΧΥΤΗΣ	BAYER MEDICAL CARE	MEDRAD MARK 7 ARTERION	60765217 201762	-

1. Η συντήρηση περιλαμβάνει καθαρισμό, ρύθμιση, έλεγχο καθώς και κάθε μορφής απαιτούμενη εργασία για την επισκευή και την διατήρηση σε καλή κατάσταση του μηχανήματος, σύμφωνα πάντα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου.
2. Οι έλεγχοι-μετρήσεις θα γίνονται με ειδικά διακριβωμένα όργανα για τα οποία θα κατατεθούν πιστοποιητικά διακρίβωσης.
3. Όλα τα αναλώσιμα / ανταλλακτικά που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των προληπτικών συντηρήσεων και επισκευών θα είναι πιστοποιημένα από τον κατασκευαστικό οίκο.
4. Η γενική συντήρηση-επισκευή του μηχανήματος θα γίνει από εξειδικευμένους τεχνικούς οι οποίοι θα είναι πιστοποιημένοι από τον κατασκευαστικό οίκο ή θα καταθέτουν βεβαιώσεις από άλλα Νοσοκομεία ότι έχουν συντηρήσει καλώς το ίδιο μοντέλα αγγειογραφείας και του ίδιου κατασκευαστικού οίκου για τουλάχιστον δύο ετήσιες συμβάσεις συντήρησης.(Να κατατεθούν και οι συμβάσεις).
5. Οι εργασίες συντήρησης-επισκευής θα γίνουν στους χώρους του νοσοκομείου.
6. Η Εταιρεία θα πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επανορθωτικών επισκευών που θα παρουσιαστούν χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση:(εργασία-ανταλλακτικά).

Τα χαλασμένα ανταλλακτικά θα επιστρέφονται στην ανάδοχη εταιρεία που θα είναι ενταγμένη σε εγκεκριμένο σύστημα διαχείρισης και ανακύκλωσης.

Από τις καλύψεις της σύμβασης εξαιρούνται τα παρακάτω αναλώσιμα:

(φιλμ, χαρτί εκτύπωσης, μαγνητο-οπτικοί δίσκοι αποθήκευσης (CD) ,μπαλόνι αγγειοπλαστικής ,ενδοπροσθέσεις, πετάσματα ακτινοπροστασίας , σύριγγες εγχυτή, γραμμή σύνδεσης εγχυτή, ηλεκτρόδια, καθετήρες, σερ βιοψίας , σκιαγραφικά και αφρώδη στηρίγματα ασθενή.)

Από την αποκατάσταση βλαβών εξαιρούνται οι περιπτώσεις ζημιών που οφείλονται σε αιτίες όπως:

- Βίαιη καταστροφή
- Περιπτώσεις ζημίας ή καταστροφής του μηχανήματος που θα προκληθεί από θεομηνίες (σεισμούς, θύελλες κλπ), από ανθρώπινες ενέργειες (πυρκαγιές, εκρήξεις κλπ), αποδεκτές περιπτώσεις ανωτέρας βίας, βαριά αμέλεια ή δόλο.

- Σε περίπτωση που υπάρχουν ακατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας ή αερισμού, μαγνητική ή άλλη βλαπτική παρεμβολή, χρήση ακατάλληλης πηγής ηλεκτρικής ισχύος (με τάση άλλη από την προβλεπόμενη, χωρίς γείωση κλπ.).
- Σε περίπτωση μη ενδεδειγμένης ή κακής χρήσης του μηχανήματος από το Νοσοκομείο ή τρίτους
- Χρήση μη σύμφωνη με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου
- Η αποκατάσταση οποιουδήποτε προβλήματος που προκύπτει από τις παραπάνω αιτίες, θα αποτελεί πρόσθετη υπηρεσία και θα χρεώνεται με βάση τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο παροχής υπηρεσιών του Αναδόχου.

7. Η Εταιρεία θα καλύπτει όλες τις ημέρες του χρόνου.
8. Ο Τεχνικός της εταιρείας μετά από τηλεφωνική ή έγγραφη κλήση ή email, θα ευρίσκεται στο Νοσοκομείο εντός εικοσιτεσσάρων ωρών.
9. Αθροιστικά ο χρόνος εκτός λειτουργίας για κάθε ένα μηχάνημα ορίζεται σε οκτώ (8) ημέρες.
10. Πέραν των οκτώ (8) ημερών η εταιρεία θα καταβάλει στο Νοσοκομείο μας ως ποινική ρήτρα τα προβλεπόμενα από το Ν 4412/2016.
11. Να κατατεθεί αναλυτικό ετήσιο πρόγραμμα συντήρησης με την λίστα των service kits.
12. Η σύμβαση θα καλύπτει και κάθε βελτίωση-αναβάθμιση που εκδίδει ο κατασκευαστής.
13. Η εργασία που θα πραγματοποιείται θα αναφέρεται λεπτομερώς στο ειδικά συντασσόμενο κάθε φορά από τον Τεχνικό, Δελτίο Εργασίας.
14. Ο υποψήφιος ανάδοχος να διαθέτει πιστοποίηση από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για τη διαχείριση της ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001 και EN ISO 13485 με πεδίο πιστοποίησης τη διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
15. Οι συμμετέχοντες να συντάξουν φύλλο συμμόρφωσης απαντώντας σε όλα τα ανωτέρω και θα καταθέσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.