

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

«ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 31.400,00€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΗΤΟΙ 38.936,00€ ΜΕ ΦΠΑ

Αριθμ. Πρωτ. 48519/9-12-2020

| A/A | ΤΜΗΜΑ / ΜΟΝΑΔΑ | ΟΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | S/N |
|-----|------------------|----------|-----------------|-----------|
| 1 | Μ.Ε.Θ. | HAMILTON | GALLILEO | 9007 |
| 2 | Μ.Ε.Θ. | HAMILTON | G5 | 1075-1066 |
| 3 | Μ.Ε.Θ. | DRAGER | EVITA 4 | ASDJ0300 |
| 4 | Μ.Ε.Θ. | DRAGER | EVITA 4 | ASDJ0302 |
| 5 | Μ.Ε.Θ. | DRAGER | EVITA 4 | ASDJ0303 |
| 6 | Μ.Ε.Θ. | DRAGER | EVITA 4 | ASDJ0301 |
| 7 | Μ.Ε.Θ. | DRAGER | EVITA 4 | ASDJ0299 |
| 8 | Μ.Ε.Θ. | DRAGER | EVITA 4 | ASDJ0298 |
| 9 | Μ.Ε. | DRAGER | SAVINA 300 | ASDK0040 |
| 10 | Τ.Ε.Π. | DRAGER | SAVINA 300 | ASDK0039 |
| 11 | ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ | DRAGER | SAVINA | ARTB-0115 |
| 12 | ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ | DRAGER | SAVINA | ARTB-0116 |
| 13 | Μ.Ε.Θ. | DRAGER | EVITA 2 DURA | ARNK-0064 |
| 14 | Μ.Ε.Θ. | DRAGER | EVITA 2 DURA | ARNK-0063 |
| 15 | Μ.Ε.Θ. | MAQUET | SERVO - I ADULT | 59277 |
| 16 | Μ.Ε.Θ. | GE-DATEX | ENGSTROM | CBCJ00193 |

1. Η συντήρηση περιλαμβάνει καθαρισμό, ρύθμιση, έλεγχο καθώς και κάθε μορφής απαιτούμενη εργασία για την επισκευή και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των μηχανημάτων, σύμφωνα πάντα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου.
2. Οι έλεγχοι-μετρήσεις θα γίνονται με ειδικά διακριβωμένα όργανα για τα οποία θα κατατεθούν πιστοποιητικά διακρίβωσης.
3. Όλα τα αναλώσιμα-ανταλλακτικά που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των προληπτικών συντηρήσεων και επισκευών θα είναι πιστοποιημένα από τον κατασκευαστικό οίκο.
4. Η γενική συντήρηση-επισκευή των μηχανημάτων θα γίνεται από εξειδικευμένους τεχνικούς οι οποίοι θα είναι πιστοποιημένοι από τον κατασκευαστικό οίκο ή θα καταθέτουν βεβαιώσεις από άλλα Νοσοκομεία ότι έχουν συντηρήσει καλώς τα ίδια μοντέλα αναπνευστήρων και του ίδιου κατασκευαστικού οίκου για τουλάχιστον δύο ετήσιες συμβάσεις συντήρησης. (Να κατατεθούν και οι συμβάσεις).
5. Οι εργασίες συντήρησης-επισκευής θα γίνουν στους χώρους του νοσοκομείου.
6. Ο Ανάδοχος θα πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επανορθωτικών επισκευών που θα παρουσιαστούν χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση:(εργασία-ανταλλακτικά).
7. Ο Ανάδοχος θα καλύπτει όλες τις εργάσιμες ημέρες του χρόνου.
8. Ο Τεχνικός του Αναδόχου μετά από τηλεφωνική ή έγγραφη κλήση ή email, υποχρεούται να παραβρίσκεται στο Νοσοκομείο εντός (24) εικοσιτεσσάρων ωρών.
9. Αθροιστικά ο χρόνος εκτός λειτουργίας για κάθε ένα μηχάνημα ορίζεται σε οκτώ (8) ημέρες.
10. Πέραν των οκτώ (8) ημερών, ο Ανάδοχος θα καταβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή ως ποινική ρήτρα τα προβλεπόμενα από το άρθρο 214 του Ν.4412/2016.
11. Να κατατεθεί αναλυτικό ετήσιο πρόγραμμα συντήρησης με την λίστα των service kits.
12. Η σύμβαση θα καλύπτει και κάθε βελτίωση-αναβάθμιση που εκδίδει ο κατασκευαστικός οίκος.
13. Η εργασία που θα πραγματοποιείται θα αναφέρεται κάθε φορά λεπτομερώς στο Δελτίο Εργασίας που θα συντάσσεται από τον Τεχνικό του Αναδόχου.
14. Ο Ανάδοχος να διαθέτει οπωσδήποτε πιστοποίηση EN ISO 9001, EN ISO 13485 και συμφωνία με την ΥΑ 1348.
15. Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να συντάξουν φύλλο συμμόρφωσης απαντώντας σε όλα τα ανωτέρω και θα καταθέσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.