

ΠΡΟΣ

Γενικό Νοσοκομείο Πατρών – ‘Ο Άγιος Ανδρέας’
Τσερτίδου 1,
263 32, Πάτρα

Υπόψη : Γραφείου Προμηθειών

Τηλ. : 2613-601852

E-mail : diabouleysi@agandreashosp.gr

Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2020

Αρ. Πρωτ.: 2835/1512020

ΘΕΜΑ : ΣΧΟΛΙΑ, στο πλαίσιο του υπ’ αριθμ. πρωτ.: 48519/9-12-2020 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών πρόσκλησης για δημόσια διαβούλευση με αντικείμενο «Ετήσια συντήρηση – επισκευή των αναπνευστήρων με ανταλλακτικά»

Αξιότιμοι Κύριοι,

Με την παρούσα και αναφορικά με την από 9/12/2020, Αρ.Πρωτ.: 48519, αναρτημένη στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου σας πρόσκληση διαβούλευσης επί των Τεχνικών Προδιαγραφών για την «Ετήσια συντήρηση – επισκευή των αναπνευστήρων με ανταλλακτικά», η εταιρεία «Draeger Hellas A.E.», όπως εκπροσωπείται νόμιμα και εδρεύει στη Νέα Ιωνία Αττικής, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου, Αρ.150, καταθέτει νομίμως και προσηκόντως τις κάτωθι παρατηρήσεις, **αιτούμενη την τροποποίηση των ζητούμενων τεχνικών προδιαγραφών όπως περιγράφονται κατωτέρω:**

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
«ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ»**

Προδιαγραφή 3:

Όλα τα αναλώσιμα-ανταλλακτικά που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των προληπτικών συντηρήσεων και επισκευών θα είναι πιστοποιημένα από τον κατασκευαστικό οίκο.

Προτεινόμενη Διατύπωση:

Όλα τα αναλώσιμα-ανταλλακτικά που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των προληπτικών συντηρήσεων και επισκευών θα είναι πιστοποιημένα από τον κατασκευαστικό οίκο.

Δεν περιλαμβάνονται αναλώσιμα υλικά όπως αισθητήρες οξυγόνου, αισθητήρες ροής και βαλβίδες εκπνοής.

Αιτιολόγηση:

Τα αναλώσιμα και αποστειρούμενα υλικά δεν περιλαμβάνονται στην σύμβαση συντήρησης.

Προδιαγραφή 6:

Ο Ανάδοχος θα πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επανορθωτικών επισκευών που θα παρουσιαστούν χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση:(εργασία-ανταλλακτικά).

Προτεινόμενη Διατύπωση:

Ο Ανάδοχος θα πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επανορθωτικών επισκευών που θα παρουσιαστούν χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση:(εργασία-ανταλλακτικά). Ο Ανάδοχος δεν φέρει ευθύνη όταν:

-Δεν παρέχεται διαρκώς η κατάλληλη με τις προδιαγραφές των μηχανημάτων τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος και ιατρικών αερίων, και όταν δεν εξασφαλίζονται οι προβλεπόμενες από το κατασκευαστή συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας και προστασίας από τη σκόνη στους χώρους του εξοπλισμού.

-Οι βλάβες προέρχονται από πτώση συσκευής, θραύση και υπαιτιότητα χειριστή ή από προσπάθεια αποκατάστασης της βλάβης από άτομο μη εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό.

Στις περιπτώσεις αυτές τα αναγκαία ανταλλακτικά και η εργασία επιβαρύνουν το Νοσοκομείο.

Draeger Hellas A.E

Ελευθερίου Βενιζέλου 150,
TK 142 31 , Νέα Ιωνία
Ελλάδα
Τηλ : +30 210 2821809
Fax : +30 210 2821214
www.draeger.com

Draeger Hellas S.A

150, El Venizelou Str.
142 31 , Nea Ionia
Greece
Tel : +30 210 2821809
Fax : +30 210 2821214
www.draeger.com

Αιτιολόγηση:

Η σύμβαση συντήρησης δεν καλύπτει βλάβες που προέρχονται από κακή χρήση εξοπλισμού.

Προδιαγραφή 9:

Αθροιστικά ο χρόνος εκτός λειτουργίας για κάθε ένα μηχάνημα ορίζεται σε οκτώ (8) ημέρες.

Προτεινόμενη Διατύπωση:

Αθροιστικά ο χρόνος εκτός λειτουργίας για κάθε ένα μηχάνημα ορίζεται σε οκτώ (8) ημέρες.

Εφόσον δοθεί μηχάνημα αντικατάστασης από τον Ανάδοχο, παύει να μετράει ο χρόνος εκτός λειτουργίας του μηχανήματος (Down-Time).

Αιτιολόγηση:

Με το μηχάνημα αντικατάστασης συνεχίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία της μονάδας.

Για τους ανωτέρω λόγους, παρακαλούμε όπως γίνουν αποδεκτά τα σχόλιά μας, προκειμένου να είναι εφικτή η συμμετοχή μας στην επικείμενη διαγωνιστική διαδικασία.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Με εκτίμηση,


Για την Draeger Hellas A.E.



Φωτεινή Ζώτου

Τμήμα Διαγωνισμών/Προσφορών

DRAEGER HELLAS
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 150, 142 31 Ν. ΙΩΝΙΑ
Α.Φ.Μ.: 997799268 Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 009151101000
ΤΗΛ. 210 2821 809 FAX: 210 2821 214



Κωνσταντίνος Σωτηράκης
Τεχνικός Διευθυντής
Ιατρικός Τομέας

Draeger Hellas A.E

Ελευθερίου Βενιζέλου 150,
ΤΚ 142 31 , Νέα Ιωνία
Ελλάδα
Τηλ : +30 210 2821809
Fax : +30 210 2821214
www.draeger.com

Draeger Hellas S.A

150, El Venizelou Str.
142 31 , Nea Ionia
Greece
Tel : +30 210 2821809
Fax : +30 210 2821214
www.draeger.com