

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

«ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 31.400,00€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΗΤΟΙ 38.936,00€ ΜΕ ΦΠΑ

Αριθμ. Πρωτ. 1698/18-1-2021

A/A	ΤΜΗΜΑ / ΜΟΝΑΔΑ	ΟΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	S/N
1	Μ.Ε.Θ.	HAMILTON	GALLILEO	9007
2	Μ.Ε.Θ.	HAMILTON	G5	1075-1066
3	Μ.Ε.Θ.	DRAGER	EVITA 4	ASDJ0300
4	Μ.Ε.Θ.	DRAGER	EVITA 4	ASDJ0302
5	Μ.Ε.Θ.	DRAGER	EVITA 4	ASDJ0303
6	Μ.Ε.Θ.	DRAGER	EVITA 4	ASDJ0301
7	Μ.Ε.Θ.	DRAGER	EVITA 4	ASDJ0299
8	Μ.Ε.Θ.	DRAGER	EVITA 4	ASDJ0298
9	Μ.Ε.	DRAGER	SAVINA 300	ASDK0040
10	Τ.Ε.Π.	DRAGER	SAVINA 300	ASDK0039
11	ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ	DRAGER	SAVINA	ARTB-0115
12	ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ	DRAGER	SAVINA	ARTB-0116
13	Μ.Ε.Θ.	DRAGER	EVITA 2 DURA	ARNK-0064
14	Μ.Ε.Θ.	DRAGER	EVITA 2 DURA	ARNK-0063
15	Μ.Ε.Θ.	MAQUET	SERVO - I ADULT	59277
16	Μ.Ε.Θ.	GE-DATEX	ENGSTROM	CBCJ00193

1. Η συντήρηση περιλαμβάνει καθαρισμό, ρύθμιση, έλεγχο καθώς και κάθε μορφής απαιτούμενη εργασία για την επισκευή και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των μηχανημάτων, σύμφωνα πάντα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου.
2. Οι έλεγχοι-μετρήσεις θα γίνονται με ειδικά διακριβωμένα όργανα για τα οποία θα κατατεθούν πιστοποιητικά διακρίβωσης.
3. Όλα τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των προληπτικών συντηρήσεων και επισκευών θα είναι πιστοποιημένα από τον κατασκευαστικό οίκο.
4. Η γενική συντήρηση-επισκευή των μηχανημάτων θα γίνεται από εξειδικευμένους τεχνικούς οι οποίοι θα είναι πιστοποιημένοι από τον κατασκευαστικό οίκο ή θα καταθέτουν βεβαιώσεις από άλλα Νοσοκομεία ότι έχουν συντηρήσει καλώς τα ίδια μοντέλα αναπνευστήρων και του ίδιου κατασκευαστικού οίκου για τουλάχιστον δύο ετήσιες συμβάσεις συντήρησης. (Να κατατεθούν και οι συμβάσεις).
5. Οι εργασίες συντήρησης-επισκευής θα γίνουν στους χώρους του νοσοκομείου.
6. Ο ανάδοχος θα πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επανορθωτικών επισκευών που θα παρουσιαστούν χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση:(εργασία-ανταλλακτικά).
7. Ο ανάδοχος θα καλύπτει όλες τις εργάσιμες ημέρες του χρόνου.
8. Ο Τεχνικός του αναδόχου μετά από τηλεφωνική η έγγραφη κλήση ή email, θα ευρίσκεται στο Νοσοκομείο εντός εικοσιτεσσάρων (24) ωρών.
9. Αθροιστικά ο χρόνος εκτός λειτουργίας για κάθε ένα μηχάνημα ορίζεται σε οκτώ (8) ημέρες. Εφ' όσον δοθεί μηχάνημα αντικατάστασης από τον ανάδοχο, παύει να μετράει ο χρόνος εκτός λειτουργίας του μηχανήματος (Down-Time).
10. Πέραν των οκτώ (8) ημερών ο ανάδοχος θα καταβάλει στην αναθέτουσα αρχή ως ποινική ρήτρα τα προβλεπόμενα από το άρθρο 214 του Ν.4412/2016.
11. Να κατατεθεί αναλυτικό ετήσιο πρόγραμμα συντήρησης με την λίστα των service kits.
12. Η σύμβαση θα καλύπτει και κάθε υποχρεωτική βελτίωση-αναβάθμιση που εκδίδει ο κατασκευαστικός οίκος.
13. Η εργασία που θα πραγματοποιείται θα αναφέρεται από τον Τεχνικό κάθε φορά, λεπτομερώς, στο ειδικά συντασσόμενο Δελτίο Εργασίας,.

14. Οι συμμετέχοντες να διαθέτουν οπωσδήποτε πιστοποίηση EN ISO 9001, EN ISO 13485 και συμφωνία με την ΥΑ 1348.
15. Οι συμμετέχοντες να συντάξουν φύλλο συμμόρφωσης απαντώντας σε όλα τα ανωτέρω και θα καταθέσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.