

Προς  
Ελληνική Δημοκρατία  
Υπουργείο Υγείας  
6<sup>η</sup> Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου-Ιονίων  
Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας  
**Γενικό Νοσοκομείο Πατρών**  
**«Ο Άγιος Ανδρέας»**  
Καλαβρύτων 37  
263 35 Πάτρα

Αθήνα, 12.04.2021

**Αρμόδιο Τμήμα** : Γραφείο Προμηθειών  
Τηλ. : 2613 601852  
E-Mail : [diabouleysi@agandreashosp.gr](mailto:diabouleysi@agandreashosp.gr)

**Θέμα** : 2<sup>η</sup> Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια μιας  
«Κλίνης Ανάνηψης Νεογνών», προϋπολογισμού € 15.500,00 με ΦΠΑ.  
Αρ. Πρωτ. 13415/06-04-2021  
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής : Δε, 12.04.2021 και ώρα 13:00 μμ

Αξιότιμοι κύριοι,

Στα πλαίσια της ανωτέρω αναφερομένης 2<sup>ης</sup> δημόσιας διαβούλευσης, σας παραθέτουμε  
κατωτέρω τα σχόλια της εταιρείας μας.

## Τεχνικές Προδιαγραφές Κλίνης Ανάνηψης Νεογνών Π/Υ €15.500,00 με ΦΠΑ

**Προδιαγραφή 5** : «Να διαθέτει θερμαντική κεφαλή, η οποία να δύναται να περιστρέφεται κατά 90° και  
προς τις 2 κατευθύνσεις, για να μπορούν να γίνονται ανεμπόδιστα διάφορες εργασίες (π.χ. λήψη  
ακτινογραφίας) επάνω από το νεογνό.»

**Σχόλια Meditrust**: Επειδή η θερμαντική κεφαλή της κλίνης ανάνηψης περιστρέφεται κατά 85°  
και προς τις δύο (2) κατευθύνσεις, όπως και άλλες κλίνες της αγοράς, ζητάμε την αλλαγή της  
προδιαγραφής, ως ακολούθως, διότι ουδέν κλινικό όφελος προκύπτει με την διαφορά των 5° ανά  
κατεύθυνση, με σκοπό την προσέλευση προμηθευτών και την δημιουργία υγιούς ανταγωνισμού  
προς όφελος του Νοσοκομείου σας.

**Προτεινόμενη Αναδιατύπωση Προδιαγραφής 5 :** «Να διαθέτει θερμαντική κεφαλή, η οποία να δύναται να περιστρέφεται περίπου κατά 90° και προς τις 2 κατευθύνσεις, για να μπορούν να γίνονται ανεμπόδιστα διάφορες εργασίες (π.χ. λήψη ακτινογραφίας) επάνω από το νεογνό.»

**Προδιαγραφή 6** «Να διαθέτει ενσωματωμένο ισχυρό εξεταστικό φωτισμό, ο οποίος να ενεργοποιείται με το πάτημα ενός πλήκτρου από την μονάδα ελέγχου της κλίνης ανάληψης.»

**Σχόλια Meditrust:** Θεωρούμε ότι η θέση του πλήκτρου δεν έχει κανένα κλινικό ή ουσιαστικό όφελος για το νεογνό. Το πλήκτρο συνήθως είναι δίπλα στο εξεταστικό φώς το οποίο θα πρέπει να είναι LED για περισσότερη διάρκεια και φωτεινότητα. Με σκοπό την προσέλευση προμηθευτών και την δημιουργία υγιούς ανταγωνισμού προς όφελος του Νοσοκομείου σας.

**Προτεινόμενη Αναδιατύπωση Προδιαγραφής 6 :**« Να διαθέτει ενσωματωμένο ισχυρό εξεταστικό φωτισμό, τύπου LED, ο οποίος να ενεργοποιείται με το πάτημα ενός πλήκτρου.»

Πάντα στην διάθεσή σας,

Με Εκτίμηση

**M e d i t r u s t** ΕΠΕ



Ιωάννης Κουζινόπουλος  
Δ/ντής Πωλήσεων