



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Πάτρα: 15568/20-04-21

6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

ΠΡΟΣ: Τμήμα προμηθειών

ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕ 8 ΣΥΡΤΑΡΙΑ

Τεχνικές προδιαγραφές

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
1. Υλικό κατασκευής	Σκελετός κλειστού τύπου, κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι – INOX 304
2. Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	50x75x100 Cm
3. Επιφάνεια εργασίας	Η επιφάνεια εργασίας να είναι επίπεδη και να φέρει κάγκελο προστασίας σε 3 πλευρές
4. Αριθμός συρταριών	Να φέρει 8 ανοξείδωτα, προσθαφαιρούμενα συρτάρια
5. Χειρολαβές ωθήσεως	Να φέρει 1 χειρολαβή ωθήσεως
6. Τροχοί	Να φέρει 4 τροχούς, εκ των οποίων οι 2 φέρουν φρένο
7. Προσκρουστήρες	Να φέρει προσκρουστήρες και στις 4 γωνίες για την εξομάλυνση των προσκρούσεων
8. Επιπλέον εξαρτήματα	Στήριξη κυτίου αιχμηρών. Στήριξη (στεφάνη) για σακούλες.