
ΠΡΟΣ:	Γενικό Νοσοκομείο Πατρών « Ο Άγιος Ανδρέας»		
ΝΟ. ΤΗΛ:	2613601852	ΣΕΛΙΔΕΣ:	2
ΝΟ. FAX:			
E-MAIL:	diabouleysi@agandreashosp.gr		
ΥΠΩΗ:	Τμήμα Προμηθειών	ΑΡ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:	
ΑΠΟ:	LSC AE	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:	11-03-2021
ΘΕΜΑ:	Σχόλια επί των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια μιας « Φυγόκεντρο για το αιματολογικό Εργαστήριο». Αρ.Πρωτ. 20902/28-05-2021. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής σχολίων 11/06/2021 και ώρα 12:00μμ		

Αξιότιμοι κύριοι, αναφορικά με τη διαβούλευση για την φυγόκεντρο του αιματολογικού εργαστηρίου του Νοσοκομείου σας η εταιρεία μας προτείνει τα ακόλουθα σχόλια επί των τεχνικών σας προδιαγραφών:

- 1) Ως έχει
- 2) Ως έχει
- 3) Να μπορεί να επιτύχει τουλάχιστον 15.000rpm και 24.000xg με κατάλληλη γωνιακή κεφαλή.
Σκοπός της πρότασης μας είναι για να μπορούν να προσφερθούν περισσότερα μοντέλα και να δείτε περισσότερες επιλογές.
- 4) Με την χρήση κατάλληλων εξαρτημάτων να μπορεί μέγιστο να φυγοκεντρήσει τουλάχιστον 70 x 5/7ml (13x75-100mm) φιαλίδια αίματος.
Σκοπός της πρότασης μας είναι για να μπορούν να προσφερθούν περισσότερα μοντέλα και να δείτε περισσότερες επιλογές.
- 5) Να συνοδεύεται από οριζόντια αρθρωτή κεφαλή συνολικής χωρητικότητας τουλάχιστον 1,6 λίτρων ικανή να πετύχει φυγοκεντρική δύναμη πάνω από 4.500xg και ταχύτητες πάνω από 4.600rpm.
Σκοπός της πρότασης μας είναι για να μπορούν να προσφερθούν περισσότερα μοντέλα και να δείτε περισσότερες επιλογές.
- 6) Να συνοδεύεται επίσης από κατάλληλα δοχεία και μετατροπείς για τη συνολική φυγοκέντρηση τουλάχιστον 70 σωληναρίων συλλογής αίματος 5/7 ml.
Σκοπός της πρότασης μας είναι για να μπορούν να προσφερθούν περισσότερα μοντέλα και να δείτε περισσότερες επιλογές.
- 7) Ως έχει
- 8) Ως έχει
- 9) Η κεφαλή θα πρέπει να μπορεί να τοποθετηθεί και να αφαιρεθεί εύκολα και σε λίγα δευτερόλεπτα με ασφαλή τρόπο.
Ο σκοπός της πρότασης μας είναι για να μπορούν να προσφερθούν μοντέλα που έχουν τρόπο αλλαγής ρότορα προσανατολισμένο στην ασφάλεια του χρήστη και όχι μόνο στην ευκολία του.

- 10) Ως έχει
11) Ως έχει
12) Ως έχει
13) Ως έχει
14) Η φυγόκεντρος να έχει διαστάσεις περίπου 510 x 650 x 420 mm (WxDxH).
Σκοπός της πρότασης μας είναι για να μπορούν να προσφερθούν μοντέλα αναφέροντας γενικότερες διαστάσεις και όχι μόνο το ύψος.
15) Να υπάρχουν διαθέσιμες κεφαλές, γωνιακές και αρθρωτές, που μπορούν να αποστειρωθούν και να καθαριστούν εύκολα.
Σκοπός της πρότασης μας είναι για να μπορούν να αναφερθούν μοντέλα κεφαλών που είναι χρήσιμα συγκεκριμένα στο αιματολογικό εργαστήριο και μπορούν αν συντηρηθούν εύκολα από τους χρήστες.
16) Ως έχει
17) Ως έχει
18) Ως έχει
19) Ως έχει
20) Ως έχει

Με εκτίμηση για τη Life Science Chemilab ΑΕ

Θεόφιλος Στρούζας

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

LIFE SCIENCE CHEMILAB Α.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΕΔΡΑ: Κ. ΠΑΛΑΜΑ 36, 14343 Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 2102582489 - 2102589620 FAX: 2102532090-2102589620
ΑΦΜ: 997982917 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.ΜΑΤ: 67955/01/07/02/104 www.lsc.gr