

## MEDICAL SYSTEMS Ι.ΚΡΗΤΙΚΟΣ-Σ.ΡΩΜΑΝΙΑΣ Ι.Κ.Ε.

23/6/2021

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΝΔΟΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ» (ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: 23891/17.06.2021)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Να διαθέτει ασύρματο χειριστήριο για την ακτινοβολήση εξ αποστάσεως.

**ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ :** Να Διαθέτει κονσόλα χειρισμού-επιλογής παραμέτρων ενσύρματη με ειδικό καλώδιο σπιδάλ υψηλής αντοχής, ιδανική για ακτινοβολήση σε απόσταση πέραν από 6 μέτρων από την πηγή ακτινοβολίας. Προαιρετικό μπουτόν ακτινοβολήσης για μεγαλύτερη απόσταση ενσύρματο.