

Τεχνικές Προδιαγραφές
Σάκων αναρρόφησης - συλλογής εκκριμάτων μ.χ.

- Ο Σάκος αναρρόφησης- συλλογής εκκριμάτων να καλύπτει όλες τις ανάγκες στο νοσοκομειακό χώρο
- Να έχει δυνατότητα συλλογής εκκριμάτων ως 2 λίτρα
- Να έχει διαφορετικές διακριτές εισόδους σύνδεσης κενού/ ασθενούς για αποφυγή λάθους σύνδεση και να φέρει στόμιο που να παρέχει σύνδεση από σάκο σε σάκο.
- Να συνοδεύεται από αντιμικροβιακή βαλβίδα και υδρόφοβο φίλτρο για την πλήρη προστασία του κυκλώματος κενού από υπερχειλίση και μικρόβια(μη επιστροφής).Και βαλβίδα ανεπίστροφη στο στόμιο εισαγωγής των υγρών.
- Να προσφέρεται σε ατομική συσκευασία .
- Να περιέχει κόκκους ενεργού χλωρίου σε υδατοδιαλυτή κάψα αποδίδοντας υψηλές συγκεντρώσεις περιορίζοντας τον κίνδυνο διασποράς μικροβίων στο νοσοκομειακό περιβάλλον.
- **Να συνοδεύεται ως συνοδός εξοπλισμός διαθέτοντας αντίστοιχα κάνιστρα και βάση στήριξης και συνδετικά τοποθέτησης καλύπτοντας ανάλογες ανάγκες των τμημάτων.**

- **Να προσφερθεί δείγμα**