

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΩΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
Αριθμ. Πρωτ.: 27688/12-7-2021

1. Να είναι τροχήλατη αναρρόφηση πολλαπλών χρήσεων κατάλληλη για τραχειοτομημένους ασθενείς , αναρρόφηση εκκρίσεων ρινός και στόματος
2. Να είναι μεγάλης ισχύος 0,90 bar
3. Να έχει αναρροφητική ικανότητα 90 lt/min
4. Να έχει ρύθμιση ισχύος και ένδειξη κενού
5. Να διαθέτει σύστημα προστασίας υπερπλήρωσης
6. Να διαθέτει αντιμικροβιακό φίλτρο
7. Να διαθέτει δυο φιάλες τουλάχιστον 2 lt
8. Να μπορεί να λειτουργήσει και με σακούλες μιας χρήσης 2 lt
9. 2 πλαστικά κάنيστρα
10. Προϋπολογισμός: 1200 ευρώ + ΦΠΑ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Να λειτουργεί με τάση δικτύου πόλης, 220 VAC/50 HZ.
2. Να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης και συντήρησης- επισκευής,
3. Να παρέχεται εγγύηση λειτουργίας τουλάχιστον για δύο (2) χρόνια και παροχής ανταλλακτικών για δέκα (10) χρόνια.
4. Οι προσφέροντες θα πρέπει να αναφέρουν τον τύπο, το εργοστάσιο κατασκευής, την χώρα προέλευσης.
5. Τα προσφερόμενα να διαθέτουν CE Mark, και να πληρούν όλους τους κανονισμούς ασφαλείας για Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Medical grade). Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.
6. Τα προσφερόμενα να διατίθεται από αντιπρόσωπο που έχει EN ISO 9001/08, ISO 13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων). Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.
7. Ο χρόνος παράδοσης να μην ξεπερνά το όριο των 60 ημερών, στον χώρο εγκατάστασης και λειτουργίας του.
8. Οι προσφέροντες, οφείλουν να συντάσσουν φύλλο συμμόρφωσης